

«Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: info@primedical.by, тел. +375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980986, ОКПО 501156715000

г. Минск, 23.04.2026

Государственное учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

**Заключение о техническом состоянии
оборудования «Olympus»**

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация видеокколоноскопа
CF-H190L № 2144672.

инв 013 78949

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- использование низкокачественных неоригинальных комплектующих в предыдущем ремонте,
- органические отложения в сопле подачи воды/воздуха,
- органические отложения в канале дополнительной подачи воды,
- перфорация оболочки дистального конца.

Требуется проведение текущего ремонта с комплексом восстановительных работ, с заменой запасных частей, расходных материалов: дистальная оболочка, тип "А" GH-1805 – 1 шт., сопло ZB-5451 – 1 шт.

Срок выполнения текущего ремонта: в течении 15 рабочих дней с даты подписания договора и передачи оборудования Исполнителю.

Срок гарантии: 3 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Начальник сервисного отдела

Е.В. Александрович



Начальник ООО Матч Д.В.