

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

5. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr, почечный конец открытый, со сроком стояния стента не менее 12 месяцев	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,

2.1.2 почечный конец открытый,

2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах

2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,

2.1.5 диапазон изменения длины стента от 22 до 30 см,

2.1.6 диаметр стента 7 Fr,

2.1.7 должен быть для установки на срок не менее 12 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 произведена из нитинола,

2.2.2 длиной 150см ± 5 , с неподвижным сердечником,

2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

4. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr, почечный конец открытый, со сроком стояния стента не менее 12 месяцев	30

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной
гибкостью и измерительной градуировкой,

2.1.2 почечный конец открытый,

2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и
пузырном концах

2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,

2.1.5 иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения
стента,

2.1.6 диапазон изменения длины стента от 22 до 30 см,

2.1.7 диаметр стента 6 Fr,

2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 12 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE или
аналогичным,

2.2.2 длиной 150см ±5, с неподвижным сердечником,

2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 с рентгенконтрастной меткой на конце.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности,
стерильности): согласно аукционным документам организатора.**

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

3. Состав (комплектация) медицинских изделий;

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеочника 7 Fr 26 см почечный конец открытый со струной-проводником и позиционирующим устройством	30

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)»:**

2.1 Стент должен быть:

- 2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,
- 2.1.2 почечный конец открытый,
- 2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах
- 2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,
- 2.1.5 иметь дистальный копчик конусовидный для облегчения введения стента,
- 2.1.6 длина стента 26 см,
- 2.1.7 диаметр стента 7 Fr,
- 2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 2,5 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

- 2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE или аналогичным,
- 2.2.2 длиной 150см $\pm$ 5, с неподвижным сердечником,
- 2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

- 2.3.1 длиной не менее 45 см,
- 2.3.2 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №401/26

лот 4

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 26 см почечный конец открытый со струной-проводником и позиционирующим устройством	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

- 2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,
- 2.1.2 почечный конец открытый,
- 2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах
- 2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,
- 2.1.5 иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента,
- 2.1.6 длина стента 26 см,
- 2.1.7 диаметр стента 6 Fr,
- 2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 2,5 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

- 2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE или аналогичным,
- 2.2.2 длиной 150см ± 5 , с неподвижным сердечником,
- 2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

- 2.3.1 длиной не менее 45 см,
- 2.3.2 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №401/26
лот 5

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 5 Fr 26 см почечный конец открытый со струной-проводником и позиционирующим устройством	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

- 2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,
- 2.1.2 почечный конец открытый,
- 2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах
- 2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,
- 2.1.5 иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента,
- 2.1.6 длина стента 26 см,
- 2.1.7 диаметр стента 5 Fr,
- 2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 2,5 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

- 2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE или аналогичным,
- 2.2.2 длиной 150см $\pm$ 5, с неподвижным сердечником,
- 2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

- 2.3.1 длиной не менее 45 см,
- 2.3.2 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №401/26

лот 6

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол- во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника при стриктурах мочеточника	10

Комплектация одной единицы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Стент с завитками на почечном и пузырном концах	штука	1
2	Струна-проводник	штука	1
3	Позиционирующее устройство	штука	1
4	Зажим	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,

2.1.2 длина стента 26 см,

2.1.3 дистальный диаметр стента 7Fr, проксимальный диаметр – 12-14Fr,

2.1.4 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах,

2.1.5 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле.

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE,

2.2.2 длиной 150см $\pm$ 5,

2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 длиной не менее 45 см,

2.3.2 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №401/26

лот 7

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 26 см почечный конец открытый со струной-проводником и позиционирующим устройством	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

- 2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,
- 2.1.2 почечный конец открытый,
- 2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах
- 2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,
- 2.1.5 иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента,
- 2.1.6 длина стента 26 см,
- 2.1.7 диаметр стента 6 Fr,
- 2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 2,5 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

- 2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE,
- 2.2.2 длиной 150см ± 5 , с неподвижным сердечником,
- 2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

- 2.3.1 длиной не менее 45 см,
- 2.3.2 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) оборудования либо медицинских изделий:

№	Наименование	Состав набора (комплектация)	Количество
1.1.	Набор для ретроградного стентирования мочеточника №6, почечный конец открытый	1.Стент мочеточниковый внутренний 2.Проводник 3.Толкатель	270

2. Технические требования:

- 2.1. Диаметр внутреннего мочеточникового стента – 6 Fr;
- 2.2. Длина внутреннего мочеточникового стента - 26 см;
- 2.3. Почечный конец внутреннего мочеточникового стента должен быть открытым;
- 2.4. Материал стента должен быть рентгеноконтрастным;
- 2.5. Материал проводника должен быть покрыт политетрафторэтиленом (PTFE);
- 2.6. Длительность стояния стента не менее 1 месяца;
- 2.7. Изделие должно быть стерильным и каждое изделие упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам.