

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1.1	Блок управления	шт	1
1.2	Наконечник с оптикой LED с кабелем	шт	1
1.3	Педаль	шт	1
1.4	Стерилизационный блок	шт	1
1.5	Подставка для наконечника	шт	1
1.6	Ирригационный шланг	шт	5
1.7	Набор насадок	шт	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)».**

№ п/п	Технические требования
2.1*	Трёхмерное ультразвуковое колебание
2.2*	Количество режимов работы – не менее 3
2.3*	Количество уровней мощности и подачи воды от 0 до 7
2.4*	Наличие LED подсветки
2.5*	Наличие режима автоматической очистки
2.6	Функции управления педалью: не менее трёх
2.7	Масса прибора – от 2,5 до 5 кг

Пункты, отмеченные знаком астериск «*», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам.