

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Крепление настольное с вертикальной стойкой, высота 45 ±5 см.	Штука	1
1.2	Рама расширителя, открытая. Имеет фиксирующуюся поворотную шейку с кнопкой для перемещения всей системы расширителя	Штука	1
1.3	Муфта стойки с поворотным винтом	Штука	1
1.4	Зажим для крепления лопаток с защелкивающимся механизмом. Имеет возможность перемещения и фиксации лопаток в любом направлении и положении	Штука	6
1.5	Лопатка расширителя Balfour (65x75) ±5мм	Штука	1
1.6	Лопатка расширителя Harrington (150x60) ±5мм	Штука	1
1.7	Лопатка расширителя эластичная (200x75) ±5мм	Штука	1
1.8	Лопатка расширителя эластичная (150x50) ±5мм	Штука	1
1.9	Лопатка расширителя Kelly (50x65) ±5мм	Штука	1
1.10	Лопатка расширителя Kelly (50x100) ±5мм	Штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструменты должны быть изготовлены из высококачественной медицинской нержавеющей стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации, автоклавированию. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.

2.2. Инструменты должны иметь высокое качество обработки для достижения высокой коррозионной стойкости в соответствии стандартам не ниже чем EN ISO 7153-1.

2.3. Комплектующие расширителя должны быть от одного производителя в связи с отсутствием взаимозаменяемости комплектации ретракторных систем у разных производителей.

2.4. Хирургические инструменты должны гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее двух лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию: согласно аукционным документам организатора.