

АКТ № 080426-1
о проведении детальной диагностики

Владелец оборудования (Заказчик)		
Наименование организации:	Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь,	
Адрес:	Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи	
Телефон, E-mail:		
Контактное лицо:		
Оборудование (комплект/компонент/модуль):		
Моторная система Piranha с принадлежностями в составе: <i>инв N 013 7 8915</i>		
1	MOTOR CONTROL UNIT 2303	REF 2303.001 SN 1100387270
2	SUCTION PUMP	REF 2208001 SN 1100377936
3	MOTOR HANDPIECE MAX. 6000RPM	REF 8564.021 SN 1100374601
4	FOOTSWITCH 1 PEDAL	REF 2030108 SN 10773

Заключение:

Педаль для помпы 2208 FOOTSWITCH 1 PEDAL REF 2030108 неисправна и подлежит замене.

Рекомендуемый перечень запчастей/компонентов/модулей для восстановления работоспособности:

№	Название	Кол.
1	Педаль для помпы 2208 FOOTSWITCH 1 PEDAL for Piranha Suction Pump 2208	1

Акт составил

Инженер по медицинскому оборудованию
(Должность)

(Подпись)



Расшифровка подписи

Представитель ГУ «РКМЦ» УДП РБ

инженер 00100
(Должность)

(Подпись)

Расшифровка подписи