

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)**

| №п/п | Наименование    | Кол-во |
|------|-----------------|--------|
| 1.1  | CO2 – инкубатор | 1 шт.  |
| 2.1  | HEPA- фильтры   | 2 шт.  |
| 3.1  | Баллон с газом  | 1 шт.  |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»**

- 2.1 Инкубатор предназначен для проведения микробиологических исследований в определенных условиях.
- 2.2 Объем рабочей камеры в диапазоне 150-180 литров.
- 2.3 Наличие внутренней двери из закаленного стекла с уплотнителем.
- 2.4 Наличие не менее двух съемных полок, с регулированием по высоте.
- 2.5 Конструкция внутренней камеры должна быть выполнена на 100% из нержавеющей стали.
- 2.6 Возможность регулировки температуры в камере в диапазоне 25-50 градусов с точностью  $\pm 0,1$  С. Однородность температуры (разница температур по всей камере не должна превышать 0.3 гр.)
- 2.7 Поддержание концентрации CO2 в камере в диапазоне 0-10%.
- 2.8 Наличие встроенной системы стерилизации внутренней камеры.
- 2.9 Наличие автоматической системы контроля температуры и CO2.
- 2.10 Наличие системы звукового и визуального оповещения при возникновении неполадок в работе прибора.
- 2.11 Газораспределительный редуктор должен быть совместим с типовым газовым баллоном, используемым в РБ.
- 2.12 Наличие на внешней панели CO2 инкубатора ЖК- дисплея с отображением рабочих параметров прибора в режиме реального времени.
- 2.13 Электропитание 220 В, 50 Гц.
- 2.14 Наличие системы увлажнения (естественное испарение из поддона или активное увлажнение для поддержания влажности).

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):** согласно аукционным документам организатора.