

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1. Система обогрева пациента в составе:		
1.1.	Блок управления	1 шт.
1.2.	Нагревательный модуль (для взрослых)	1 шт.
1.3.	Гелевая пластина	1 шт.
1.4.	Чехол многоразовый	1 шт.
1.5.	Сетевой кабель	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Требование	Базовые параметра
2.1.	Общие требования к блоку управления:	
2.1.1.	Возможность устанавливать и контролировать температуру нагрева пластины	от 34 до 39°C
2.1.2.	Обязательное самотестирование прибора в процессе работы	Наличие
2.1.3.	Неэлектропроводный корпус	Наличие
2.1.4.	Звуковой и световой сигнал тревоги при: температуре менее 33°C и температуре более 40°C	Наличие
2.1.5.	Звуковой и световой сигнал тревоги при неисправности работы нагревательной пластины или температурных датчиков	Наличие
2.1.6.	Звуковой и световой сигнал тревоги при проблемах на линии питающей сети 220В.	Наличие
2.1.7.	Звуковой и световой сигнал тревоги если не запущен процесс нагрева	Наличие

2.1.8.	Точность задания температуры	До 0,1 °С
2.1.9.	Возможность запоминания последней установленной температуры при выключении/включении аппарат	Наличие
2.1.10.	Пыле- влагозащищенная клавиатуры управления	Наличие
2.1.11.	Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры	Наличие
2.1.12.	Отдельный цифровой LED индикатор для отображения заданной температуры	Наличие
2.1.13.	LED индикатор для отображения процесса работы нагревательного модуля	Наличие
2.1.14.	Звуковое сопровождение нажатия клавиш управления	Наличие
2.1.15.	Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева	Наличие
2.2.	Максимальная потребляемая мощность	Не более 250 Ватт
2.3.	Напряжение питания нагревательного модуля	24В
2.4.	Общие требования к нагревательному модулю:	
2.4.1.	Нагревательный модуль (для взрослых)	Размер не менее 1600 x 400 мм
2.4.2.	Гибкий	Наличие
2.4.3.	Длина кабеля	не менее 2 м
2.5.	Общие требования к гелевой пластине:	
2.5.1.	Размер	Не менее 1750×500 мм
2.5.2.	Изготовлена из специального сверхмягкого УФ-стойкого материала	Наличие
2.5.3.	Повышенная термоустойчивость и прочность	При температуре не менее 40°С
2.5.4.	Релаксирующий и противоположный эффект	Наличие
2.5.5.	Отсутствие расслоения и сохранение однородной структуры геля при значительном давлении	Наличие
2.6.	Общие требования к чехлу многоразовому:	
2.6.1.	Чехол должен быть изготовлен из гипоаллергенного, водонепроницаемого материала	Наличие
2.6.2.	Застежка	Наличие
2.6.3.	Материал устойчив к обработке дезинфицирующими растворами	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.