

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
ларингоскопов**

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Рукоятка ларингоскопа в комплекте с аккумулятором, перезаряжаемым от розетки электросети или сетевого зарядного устройства	шт.	1
2	Клинок ларингоскопа тип Макинтош (изогнутый) размер 2	шт.	1
3	Клинок ларингоскопа тип Макинтош (изогнутый) размер 3	шт.	1
4	Клинок ларингоскопа тип Макинтош (изогнутый) размер 4	шт.	1

2. Показатели (характеристики):

2.1.Рукоятка ларингоскопа

2.1.1 Рукоятка выполнена из нержавеющей стали.

2.1.2 Источник питания – аккумуляторная батарея.

2.2 Клинок со сменным фиброоптическим световодом

2.2.1 Клинок выполнен из нержавеющей стали с матовой полировкой, предотвращающей отражение светового потока.

2.2.2 Сменный фиброоптический световод.

2.2.3 Возможность обработки в автоклаве при температуре до 134°C

2.2.4 Многократное применение

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

МТ №370/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных/технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Видеоларингоскоп	шт.	1
1.2.	Видеоадаптер	шт.	1
1.3.	Видеокабель	шт.	1
1.4.	Клинок ларингоскопа. Размер 2	шт.	50
1.5.	Клинок ларингоскопа. Размер 3	шт.	50
1.6.	Клинок ларингоскопа. Размер 4	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Видеоларингоскоп должен быть портативным устройством, с автономным источником питания.
- 2.2. Продолжительность работы от автономного источника питания до его замены не менее 90 минут.
- 2.3. Индикатор низкого заряда источника питания.
- 2.4. Система автоматического выключения устройства в состоянии покоя не более чем через 15 минут.
- 2.5. Дисплей для визуализации процесса интубации.
- 2.6. Размер дисплея не менее 2,4 дюйма и не более 5 дюймов.
- 2.7. Возможность фотофиксации.
- 2.8. Возможность вывода видеосигнала на монитор.
- 2.9. Видеокамера с подсветкой на дистальном конце видеоларингоскопа.
- 2.10. Автоматическая корректировка яркости.
- 2.11. Возможность использования сменных клинков для всех возрастных групп пациентов: детей от 0 лет до 18 лет и взрослых.
- 2.12. Клинки должны быть одноразовые индивидуальные, стерильные.
- 2.13. Возможность установки клинков с каналом для эндотрахеальной трубки.
- 2.14. Антиконденсатное покрытие клинка в месте оптического канала камеры.
- 2.15. Максимальный вес видеоларингоскопа с источником питания и клинком не должен превышать 300 гр.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.