

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Кольцо вакуумное для микрокератома, размер -1	2
1.2	Кольцо вакуумное для микрокератома, размер 0	3
1.3	Кольцо вакуумное для микрокератома, размер +2	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Кольца вакуумные для микрокератома	Предназначены для работы с микрокератомом Evolution III
2.2	Тип колец	Многоразовые, стерилизуемые

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Головка металлическая, совместимая с рукояткой Moria OUP 100 мкм	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Головка металлическая многоразовая, совместимая с рукояткой Moria OUP	Многоразовая
2.2	Возможность стерилизации	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Головка одноразовая с лезвием совместимая с рукояткой Moria OUP 90 мкм	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Головка, совместимая с рукояткой Moria OUP	Одноразовая
2.2	Лезвие микрохирургическое для формирования лоскута роговицы	Интегрировано в головку

4. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Рукоятка электромоторизованная для выполнения эксимерлазерных операций с использованием Evolution III	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Рукоятка электромоторизованная с использованием Evolution III	Предназначены для выполнения эксимерлазерных операций
2.2	Рукоятка электромоторизованная	Адаптированная к микроголовкам OUP

5. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.1	Ножницы конъюнктивальные изогнутые	50
1.2	Ножницы конъюнктивальные изогнутые тупоконечные	50
1.3	Ножницы конъюнктивальные прямые тупоконечные	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование	Технические характеристики
2.1	Ножницы конъюнктивальные вертикально изогнутые	- Материал-нержавеющая сталь; - лезвия 18,5-20мм, изогнутые; - общая длина 110 мм.
2.2	Ножницы конъюнктивальные изогнутые тупоконечные	- Материал-нержавеющая сталь; - лезвия 18,5-20мм, тупоконечные, изогнутые; - общая длина 110 мм.
2.3	Ножницы конъюнктивальные прямые тупоконечные	- Материал-нержавеющая сталь; - лезвия 18,5-20мм, тупоконечные, прямые; - общая длина 110 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.1	Пинцет роговичный типа колибри общая длина 84-106 мм	200
1.2	Пинцет роговичный типа колибри общая длина 75-77 мм	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование	Технические характеристики
2.1	Пинцет роговичный типа колибри общая длина 84-106 мм	- Материал – титан; - рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм; - платформа 5-6 мм упрочнена карбидом вольфрама; - общая длина 84-106 мм.
2.2	Пинцет роговичный типа колибри общая длина 75-77 мм	- Материал – титан; - рабочая часть 1х2 зубца высотой 0,12 мм; - платформа 3-5 мм упрочнена карбидом вольфрама; - общая длина 75-77 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.1	Иглодержатель по Барракеру (Макферсону) прямой длина 100мм	40
1.2	Иглодержатель по Барракеру (Бехерту-Сински) прямой длина 100мм для нитей 10/0	40
1.3	Иглодержатель по Барракеру изогнутый длина 100 мм для нитей 10/0	100
1.4	Иглодержатель по Барракеру (Кастровьехо) изогнутый 125 мм	20
1.5	Иглодержатель по Барракеру изогнутый 115-125 мм	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование	Технические характеристики
2.1	Иглодержатель по Барракеру (Макферсону) прямой длина 100мм	- Материал – титан; - стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама; прямой; - без замка; - общая длина 100 мм.
2.2	Иглодержатель по Барракеру (Бехерту-Сински) прямой длина 100мм для нитей 10/0	- Материал – титан; - деликатные губки для нитей 10/0 упрочнены карбидом вольфрама; прямой; - без замка; - общая длина 100 мм.
2.3	Иглодержатель по Барракеру изогнутый длина 100 мм для нитей 10/0	- Материал – титан; - деликатные губки для нитей 10/0 упрочнены карбидом вольфрама; изогнутый; - без замка; - общая длина 100 мм.
2.4	Иглодержатель по Барракеру (Кастровьехо) изогнутый 125 мм	- Материал – титан; - стандартные губки упрочнены карбидом вольфрама изогнутый; - без замка; - общая длина 125 мм.
2.5	Иглодержатель по Барракеру изогнутый 115-125 мм	- материал – нержавеющая сталь; - изогнутые губки длиной 9 мм; - общая длина 115-125 мм.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1.1	Шпатель прямой ширина 0.25мм.	50
1.2	Шпатель прямой ширина 0.5мм	100
1.3	Шпатель прямой ширина 1.0 мм	100
1.4	Шпатель для склеропластики, двухсторонний, размер лопатки 9.0*0.4*47мм; 7.5*0.4*43	5
1.5	Шпатель для склеропластики, двухсторонний 7.5*0.3*43мм; 4.5*0.3*37мм	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование	Технические характеристики
2.1	Шпатель прямой ширина 0.25мм.	- Материал рабочей части – нержавеющая сталь; - рабочая часть шириной 0,25 мм, длиной 10 мм; - общая длина 123 мм
2.2	Шпатель прямой ширина 0.5мм	- Материал рабочей части – нержавеющая сталь; - рабочая часть шириной 0,5 мм, длиной 8 мм; - общая длина 123 мм
2.3	Шпатель прямой ширина 1.0 мм	- Материал рабочей части – нержавеющая сталь; - рабочая часть шириной 1,0 мм, длиной 13 мм; - общая длина 123 мм
2.4	Шпатель для склеропластики, двухсторонний, размер лопатки 9.0*0.4*47мм; 7.5*0.4*43	- Материал – нержавеющая сталь; - размеры лопаток 9,0х0,4х47 мм; 7,5х0,4х43 мм; - общая длина 125 мм.
2.5	Шпатель для склеропластики, двухсторонний 7.5*0.3*43мм; 4.5*0.3*37мм	- Материал – нержавеющая сталь; - размеры лопаток 7,5х0,3х43 мм; 4,5х0,3х37 мм; - общая длина 125 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Лезвиедержатель по Кастровьехо	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№	Наименование	Технические характеристики
1	Лезвиедержатель по Кастровьехо	- Материал – титан; - прямая коническая рабочая часть 10 мм; - общая длина 95 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Нож-кератом офтальмологический одноразовый	9 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Ширина формируемого кератомного разреза – 2,2 мм;

2.2. Заточка лезвия – двусторонняя;

2.3. Длина лезвия от кончика до начала ручки – не менее 13мм;

2.4. Область применения – выполнение кератомных разрезов при проведении экстракции катаракты;

2.5. Безопасная конструкция - наличие защитного чехла, который позволяет закрывать рабочую часть

2.6. Упаковка – стерильная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Нож парацентезный офтальмологический одноразовый	10 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Ширина формируемого линейного разреза – 1,2 мм.

2.2. Лезвие копьевидное, с двумя боковыми режущими гранями, формирующими правильный линейный разрез;

2.3 Лезвие должно быть эргономично изогнуто под углом к ручке;

2.4. Длина лезвия от кончика до начала ручки – не менее 13мм;

2.5. Область применения – выполнение парацентезных разрезов при проведении экстракции катаракты

2.6. Безопасная конструкция - наличие защитного чехла, который позволяет закрывать рабочую часть

2.7. Упаковка – стерильная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Нож расслаивающий офтальмологический одноразовый	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Длина лезвия от кончика до начала ручки не менее 13мм;

2.2. Ширина лезвия – 2,0-2,3 мм;

2.3. Заточка лезвия – односторонняя;

2.4. Область применения – выполнение микрохирургических офтальмологических операций факоэмульсификации, экстракции катаракты, витреозэктомии, глаукомы, косоглазия.

2.5. Безопасная конструкция - наличие защитного чехла, который позволяет закрывать рабочую часть

2.6. Упаковка – стерильная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Одноразовый рефлюксный инструмент со щеточкой и активной аспирацией	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Диаметр – 25 G, толщина – 0,5 мм;

2.2. Наличие активной аспирации;

2.3. Полная совместимость с хирургической системой «ASSOCIATE» производства «D.O.R.C. International b.v.» и технологией хирургии, осуществляемой с применением данной системы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты заявки, отмеченные «*», являются определяющими; при невыполнении указанного требования предложение снимается с рассмотрения.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Наконечник MicroPulse P3 или аналог	40

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Наконечник MicroPulse P3 или аналог	Предназначен для диодного лазера IRIDEX Cyclo G6
2.2	Наконечник MicroPulse P3 или аналог	Предназначен для микроимпульсной трансклеральной циклофототерапии
2.3	Наконечник MicroPulse P3 или аналог	Предназначен для однократного применения

4. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Зонд прямой лазерный 25 Ga	36
1.2	Зонд лазерный 25 Ga с гибким наконечником	60

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Зонды лазерные	Предназначены для работы с лазерной системой PurePoint
2.2	Зонды прямой и с гибким выдвижным наконечником лазерные	Предназначены для эндолазеркоагуляции сетчатки
2.3	Зонды лазерные	Одноразового использования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.