

Технические характеристики (описание) предмета закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1	Индикатор химический паровой	наружный-120/45	20 000
1.2	Индикатор химический паровой	внутренний-120/45	20 000

2. Технические требования:

2.1. Наличие на каждой упаковке данных: товарный знак предприятия-изготовителя, дата изготовления (месяц, год), гарантийный срок хранения, номер партии, предназначение индикаторов (внутренний, наружный).

2.2. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации паровым методом (температуры, времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара).

2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара) при воздействии определенной температуры, в течение определенного времени.

2.4. Наличие липкой основы и перфорации на изделии.

2.5. Соответствие-не ниже 4 класса (мультипараметрические индикаторы)/

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условия поставки.

3.1. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

4. Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь- обязательно.