

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аппарат для комбинированной терапии(электротерапии, магнитотерапии, ультразвуковой терапии, вакуумной терапии)	шт	1
1.2	Тележка к аппарату	шт	1
1.3	Ультразвуковой излучатель, 1 см ²	шт	1
1.4	Ультразвуковой излучатель, 5 см ²	шт	1
1.5	Держатель ультразвукового излучателя	шт	1
1.6	Кушетка для магнитотерапии с возможностью подключения соленоида	шт	1
1.7	Апликаторы для магнитотерапии	шт	7
1.8	Кабель пациента	шт	4
1.9	Электрод 5x7 +-1 см	шт	8
1.10	Губковые покрытия для электродов 5x7 +-1 см	шт	32
1.11	Электрод 12x8 +-1 см	шт	2
1.12	Губковые покрытия для электродов 12x8 +-1 см	шт	8
1.13	Электрод-присоска 6 +-1 см	шт	4
1.14	Губковые покрытия для электродов-присосок 6 +-1 см	шт	8
1.15	Источник питания	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Контроль контакта в УЗ- излучателях	наличие
2.2.	Световой индикатор контакта в УЗ- излучателях	наличие

2.3.	Ультразвуковые частоты	1 и 3 МГц
2.4.	Режим работы ультразвука непрерывный и импульсный	наличие
2.5.	Интенсивность в непрерывном режиме не менее	0-2 Вт/см ²
2.6.	Интенсивность в импульсном режиме не менее	0-3 Вт/см ²
2.7.	Предусмотренные методики лечения ультразвуком	наличие
2.8.	Предусмотренные методики лечения ультразвуком	наличие
2.9.	Технология сфокусированного магнитного поля	наличие
2.10.	Импульсное магнитное поле	наличие
2.11.	Комбинирование импульсного и постоянного магнитного поля	наличие
2.12.	Частота повторения импульсов магнитного поля	1-150Гц
2.13.	Максимальная импульсная индукция	от 100 до 150мТл
2.14.	Импульсные токи	наличие
2.15.	Соленоид магнитный	диаметр 30 +-5 см
2.16.	Соленоид магнитный	диаметр 60 +-5 см
2.17.	Диск магнитный	локальный
2.18.	Диск магнитный	двойной
2.19.	Диск магнитный	мультидиск
2.20.	Аппликатор для магнитотерапии	линейный
2.21.	Соленоид магнитный	диаметр 70 +-5 см
2.22.	Автоматическое отключение по окончании процедур и подачей звукового сигнала	наличие
2.23.	Идентификация аксессуаров и их автоматическая проверка	наличие
2.24.	Вес аппарата	Не более 8 кг
2.25.	Источник питания	200-240 В; 50-60 Гц

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционных документов организатора.

БелМТ №349/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки
установки для проведения общесистемной магнитотерапии**

1. Состав (ком. лектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Лечебная камера	штука	1
1.2	Ложемент для пациента с электроприводом	штука	1
1.3	Беспроводное устройство управления	штука	1
1.4	Зарядное устройство с кабелем для беспроводного устройства управления	штука	1
1.5	Индикатор вращения магнитного поля	штука	1
1.6	Программное обеспечение	комплект	1

2. Технические требования:

2.1	Габаритные размеры лечебной камеры с выдвинутым ложементом для пациента (Д × Ш × В, мм) в пределах (4200-4500) × (1000-1500) × (1000-1500)
2.2	Габаритные размеры ложемента для пациента (Д × Ш × В, мм), не менее 2500 × 600 × 700
2.3	Номинальное напряжение, частота напряжения сети электропитания в пределах 220-230В/50-60Гц
2.4	Максимальная потребляемая мощность от сети электропитания не более 2000 В · А
2.5	Уровень шума аппарата не более 80 дБА.
2.6	Величина индукции магнитного поля в диапазоне от 0,1 до 3,0 мТл
2.7	Частота вращения магнитного поля от 50 до 150 Гц.
2.8	Период модуляции 30 -120 секунд
2.9	Длительность лечебной процедуры должна регулироваться в диапазоне до 60 минут

2.10	Максимальная масса пациента в пределах 130-150 кг.
2.11	Максимальный рост пациента в пределах 200- 220 см.
2.12	Наличие аварийного отключения электропривода ложемент
2.13	Защита от перегрузки электропривода ложемент
2.14	Отключение аппарата при потере беспроводной связи между лечебной камерой и устройством беспроводного управления
2.15	Беспроводной интерфейс беспроводного устройства управления - Bluetooth и Wi-Fi
2.16	Источник питания беспроводного устройства управления – аккумулятор
2.17	Наличие программного обеспечения беспроводного устройства для управления аппаратом
2.18	Питание зарядного устройства с кабелем для беспроводного устройства управления - от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220-230 В.
2.19	Наличие предустановленных стандартных программ .
2.20	Наличие настраиваемых программ.
2.21	программное обеспечение аппарата позволяет осуществлять интеграцию (экспорт) данных с медицинской информационной системой лечебного учреждения.
2.22	Язык интерфейсов программного обеспечения - русский.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора