

Лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 1	Скарификатор с центральным копьём	шт.	241000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,:

- 2.1. скарификатор кожный, с центральным копьём
- 2.2. стерильный, одноразовый,
- 2.3. изготовлен из нержавеющей стали, нетоксичный
- 2.4. длина копия $4\text{мм} \pm 0,5\text{мм}$,
- 2.5. длина скарификатора $30\text{мм} \pm 2\text{мм}$,

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Срок годности/стерильности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный изготовителем.

Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 2	Скарификатор с боковым копьём	шт.	1079000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,:

- 2.1. скарификатор кожный, с боковым копьём.
- 2.2. стерильный, одноразовый,
- 2.3. изготовлен из нержавеющей стали, нетоксичный
- 2.4. длина копия $3\text{мм} \pm 0,5\text{мм}$,
- 2.5. длина скарификатора $30\text{мм} \pm 2\text{мм}$,

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Срок годности/стерильности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный изготовителем.