

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Лот 1.

1. Состав оборудования:

- 1.1. прибор пикфлоуметр со шкалой и бегунком
- 1.2. мундштук

2. Технические характеристики:

- 2.1. Диапазон измерений: - 100-800 л/мин
- 2.2. Шкала - стандарт Евросоюза (желтая шкала измерения)
- 2.3. Зонная разметка - зеленая- желтая- красная
- 2.4. Масса до 75 грамм

3. Поставщик обязан представить:

- 3.1. обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

Лот 2.

1. Состав оборудования:

- 1.1. прибор пикфлоуметр со шкалой и бегунком
- 1.2. мундштук

2. Технические характеристики:


- 2.1. Диапазон измерений: - 50-250 л/мин
- 2.2. Шкала - стандарт Евросоюза (желтая шкала измерения)
- 2.3. Зонная разметка - зеленая- желтая- красная
- 2.4. Масса до 75 грамм

3. Поставщик обязан представить:

- 3.1. обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке.

Разработано:

Главный внештатный специалист
по функциональной диагностике



С.Г.Ефимович