

Приложение №1

лот № 1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	катетер аспирационный для забора трахеобронхиальных аспиратов одноразовый
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Совместимость с видеобронхоскопом Olympus
Код по ОКРБ (9 знаков)	32.50.50.390
Объем (количество)	300 шт
Срок (график поставки) товаров	2026 год
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	2244,00 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет

Лот № 3

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков
Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1. Порт для введения контрастного вещества 2. Диаметр для канала эндоскопа не более 2,8 мм 3. Диаметр корзинки не более 25 мм 4. Длина корзинки не менее 1950 мм.
Код по ОКРБ (9 знаков)	32.50.50.390
Объем (количество)	30 шт.
Срок (график поставки) товаров	2026 год
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	21 030,81 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет

ЛОТ №3

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

Лот №3 Эндоскопические инструменты и принадлежности для ЭРПХГ и
эндоскопических операций:

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Механические корзины для литотрипсии и извлечения камней из жёлчных протоков	5 шт.
1.2.	Папилотомы эндоскопические трёх просветные с проводником	10 шт.
1.3.	Баллоны для извлечения камней из жёлчных протоков	30 шт.

2. Технические требования:

1. Механические корзины для литотрипсии и извлечения камней из жёлчных протоков

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
1.	Диаметр для канала эндоскопа	Не менее 2,8 мм, не более 4,2 мм	
2.	Длина корзины	Не менее 1950 мм	
3.	Диаметр раскрытия корзины	Не менее 30 мм	
4.	Совместимость с многоразовым литотриптором (ручкой) OLYMPUS MAJ 440, имеющейся в наличии.	Наличие	*

2. Папилотомы эндоскопические трёх просветные с проводником

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
1.	Диаметр для канала эндоскопа	Не менее 2,8 мм, не более 4,2 мм	
2.	Длина папилотома	Не менее 1950 мм	
3.	Диаметр режущей струны папилотома	Не более 20 мм	
4.	Предзаряженный проводник форма наконечника "прямой"	Наличие	*
5.	Длина проводника	Не менее 2700 мм	*

3. Баллоны для извлечения камней из жёлчных протоков

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечани е
1.	Диаметр для канала эндоскопа	Не менее 2,8 мм, не более 4,2 мм	
2.	Длинна	Не менее 1950 мм	
3.	Три рабочих положения раздутия баллона	Наличие	*
4.	Контрастная метка	Наличие	
5.	Порт для введения контрастного вещества	Наличие	

*- данные пункты технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- согласно аукционным документам организатора