

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) койки палатной для реанимационных пациентов

№	Наименование	Количество
1.1	- Система магистралей (касета) multiFiltratePRO HDF - Гемофильтр Ultraflux AV 600S	10 шт.

2. Технические требования койки палатной для реанимационных пациентов

№	Требование	Значение параметра
2.1.	Стерильность	Стерильно
2.2.	Упаковка	Индивидуально
2.3.	Совместимость	Совместимо с аппаратом multiFiltratePRO Fresenius Medical Care

Лот №2

1. Состав (комплектация) койки палатной для реанимационных пациентов

№	Наименование	Количество
1.1	- Система магистралей (касета) multiFiltratePRO HDF - Гемофильтр Ultraflux AV 1000S	10 шт.

2. Технические требования койки палатной для реанимационных пациентов

№	Требование	Значение параметра
2.1.	Стерильность	Стерильно
2.2.	Упаковка	Индивидуально
2.3.	Совместимость	Совместимо с аппаратом multiFiltratePRO Fresenius Medical Care

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

Разработано:
Заведующий ОАиР

 Ю.Л.Дыриков

Согласовано:
Главный внештатный специалист ГУЗО Брестского
облсполкома по экстракорпоральной детоксикации
и гипербаротерапии

 Ю.Л.Михович