

Лот №1

Аппарат для размораживания и согревания плазмы и компонентов крови

1. Состав оборудования (комплект)

1	Наименование	Количество	Примечание
1.1	Аппарат для размораживания и согревания плазмы и компонентов крови	1 штука	

2. Технические характеристики

2	Технические характеристики	Наличие
2.1	Разморозка	Сухая
2.2	Вместимость	Не менее 1л.
2.3	Температура размораживания	25-40°C
2.4	Время разморозки	Не более 25 мин.
2.5	Непрерывный режим работы	Не менее 12ч.
2.6	Сигнал тревоги	Наличие
2.7	Цифровой дисплей с отображением установленной температуры и времени разморозки	Наличие
2.8	Температура воды в камере в режиме термостабилизации	36-37°C

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Техника должна быть новой, не восстановленной.
- 3.2. В стоимость предложения должны быть включены:
- 3.3. Сборка/монтаж на объекте заказчика (ввод МТ в эксплуатацию).
- 3.4. Гарантийное обслуживание на объекте сроком не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации.
- 3.5. Копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар.

1. Состав комплекта за 1 ед.

	Наименование	Количество
1.1	Отсасыватель медицинский портативный дренажный	1 шт.
1.2	Емкость для секрета(банки-сборники) многоразового использования	2 шт в комплекте

2. Показатели характеристики:

	Название	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Производительность по воде в режиме MAX л/мин не менее	2
2.2.	Задаваемый вакуум	2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20
2.3	Производительность по воздуху, л/мин	3
2.4*	Длительность непрерывного отсасывания жидкости и газов из плевральной полости	Более 5суток.
2.5	Питание, В/Гц	220-230/50

Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.