

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBVY2X УНП 400052327

09.06.2026 № 4-14/236

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Коробок стерилизационных и фильтров для стерилизационных коробок»**, согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискурнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **11.06.2026**.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу



М.В.Саварина

УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Лот №1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала, бикс медицинский (без фильтра)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1.Состав: Согласно приложению к лоту №1. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. 2.2. Должны обеспечивать сохранность стерильности, хранящихся в них медицинских изделий, в течение не менее 3-х суток.

Приложение к лоту №1:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование (состав)	Количество, шт.
1	Объем 3±0,1 куб.дм	173
2	Объем 6±0,2 куб.дм	322
3	Объем 9±0,2 куб.дм	177
4	Объем 12±0,3 куб.дм	155
5	Объем 18±0,5 куб.дм	246

Лот №2

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала, бикс медицинский (с фильтром)
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	1.Состав: Согласно приложению к лоту №2. 2.Показатели (характеристики): 2.1. Должны быть изготовлены из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. 2.2. Должны обеспечивать сохранность стерильности, хранящихся в них медицинских изделий, в течение не менее 20 суток.

Приложение к лоту №2:

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование (состав)	Количество, шт.
1	Объем 3±0,1 куб.дм	25
2	Объем 6±0,2 куб.дм	17
3	Объем 9±0,2 куб.дм	60
4	Объем 12±0,3 куб.дм	113
5	Объем 18±0,5 куб.дм	190

Лот №3

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Фильтр для коробок стерилизационных, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к лоту №3.

Приложение к лоту №3:

Наименование	Параметры
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-3, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 118 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-6, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 143 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-9, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 163 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-12, КСКФ-18, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 183 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)

Лот №4

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Фильтр для коробок стерилизационных, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к лоту №4.

Приложение к лоту №4:

Наименование	Параметры
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-3, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – 115 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)
Фильтр для коробок стерилизационных круглых КСКФ-6, КСКФ-9, КСКФ-12, КСКФ-18, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – 175 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)