

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

Лот № 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ножницы электрохирургические	шт.	10
2	Ножницы ультразвуковые	шт	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Ножницы электрохирургические
2.1.1*	Совместимы с генератором электрохирургическим ОР9
2.1.2	Длина shaft 37 см., диаметр shaft 5 мм., вращение shaft 360 градусов
2.1.3.	Для заваривания сосудов 7 мм.
2.1.4.	Изогнутые текстурированные бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием
2.2.	Ножницы ультразвуковые
2.2.1*	Совместимы с генератором электрохирургическим ОР9
2.2.2	Длина shaft 36 см., диаметр shaft 5 мм., вращение shaft 360 градусов
2.2.3.	Изогнутые бранши с метками для определения диаметра сосудов, для лигирования сосудов 7 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.