

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной
закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Жгут кровоостанавливающий	штук	635

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1: Жгут кровоостанавливающий
2.1. Длина должна быть не менее 1000мм, ширина - не менее 20мм. 2.2. Должен быть произведен из эластичной резины или термоэластопласта. 2.3. Должен комплектоваться защелкой (зажимным устройством), позволяющим зафиксировать жгут. 2.4. Изделие многократного применения. 2.5. Должен быть стоек к многократным химическим обработкам.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.