

Приложение 1
Лот №1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Технические требования
1	Карта для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек (ферментирующих и неферментирующих)	Исследование	540	1. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором Vitek 2 compact. 2. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145. 3. Возможность проведения единичных исследований (одной пробы). 4. Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры должны иметь в своем составе антибиотик колистин.
2	Карта для идентификации клинически значимых грамположительных кокков	Исследование	36	
3	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры (стафилококк, энтерококк, стрептококк группы В)	Исследование	36	
4	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии, неферментеры)	Исследование	900	
5	Раствор солевой	Флакон по 500 мл	3	

Приложение 1
Лот №2

Только для участия субъектов малого и среднего предпринимательства

1	Карта для идентификации клинически значимых грамотрицательных палочек (ферментирующих и неферментирующих)	Исследование	60	1. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором Vitek 2 compact. 2. Карты, реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145. 3. Возможность проведения единичных исследований (одной пробы). 4. Карты для определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательной флоры должны иметь в своем составе антибиотик колистин.
2	Карта для идентификации клинически значимых грамположительных кокков	Исследование	4	
3	Карты на чувствительность к антибиотикам грамположительной флоры (стафилококк, энтерококк, стрептококк группы В)	Исследование	4	
4	Карты на чувствительность к антибиотикам грамотрицательной флоры (энтеробактерии, неферментеры)	Исследование	100	

Предмет государственной закупки	Пробирки пластиковые для микробиологического анализатора Vitek 2.
Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки	1. Расходные материалы должны быть совместимы с анализатором Vitek 2 compact.
Код по ОКРБ (9 знаков)*	22.29.29.900
Объем количество	1 800 штук
Предельная стоимость государственной закупки*	676 руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет

Лот №4	
Для участия субъектов малого и среднего предпринимательства	
Предмет государственной закупки	Пробирки пластиковые для микробиологического анализатора Vitek 2.
Описание технических и экономических показателей предмета государственной закупки	1. Расходные материалы должны быть совместимы с анализатором Vitek 2 compact.
Код по ОКРБ (9 знаков)*	22.29.29.900
Объем количество	200 штук
Предельная стоимость государственной закупки*	164 руб.
Источник финансирования государственной закупки	Областной бюджет

✓ 3. Требования срока годности товара, условия поставки.

по Лотам 1-4

3.1. Товар должен поставляться по заявке в течение 60 календарных дней.

3.2 Срок годности товара при поставке на склад организатора – не менее 60% от установленного производителем.