



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7518

от 30.04.2026

Заказчик

Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

Наименование МТ, заводской №:

Комплексы программно-технические "Медицинская диагностическая станция" ТУ ВУ 100177569.003-2010 изм.3: код 130 (003/019)

Изготовитель:

ООО "Драйв"

Договор:

39Т/2026 от 27.04.2026

При выполнении работ обнаружены:

№	Наименование	Кол-во	Состояние	Заключение
1	Батарея аккумуляторная 12В 8Ah	1	Неисправна и подлежит замене	Необходима замена аккумуляторной батареи в Источнике бесперебойного питания APC BE525-RS (4B1129P14950)

Представители ООО "ДРАЙВ"

Заместитель начальника
производственного отдела
(должность)

Инженер-технолог
(должность)

(должность)



(подпись)

Ю.А. Шантило
(И.О. Фамилия)

В.Н. Зарецкий
(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

Представитель: Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Подрядчик:

ООО "ДРАЙВ"

пр. Независимости, 185, помещение 16, 220125, г. Минск

Р/с ВУ30ВPSB30120099000139330000 в ОАО "Сбер Банк", BIC BPSBBY2X

Адрес банка: пр. Независимости 32А-1, 220030, г. Минск

УНП: 100177569, ОКПО 14731753

Сайт: www.rentgen.by

E-mail: service@drive-by.net

facebook: fb.com/drivems.by

Телефоны: гop.: +375 (17) 388-03-96, МТС: +375 (29) 500-13-52 А1: +375 (44) 500-13-52