



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7536

от 06.05.2026

Заказчик

Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

Наименование МТ, заводской №:

Аппараты рентгеновские диагностические передвижные "Спутник" ТУ ВУ  
100177569.004-2012 изм. "2"; исполнение "Спутник-01-04.02" (040018104)

Изготовитель:

ООО "Драйв"

Договор:

39Т/2026 от 27.04.2026

При выполнении работ обнаружены:

| № | Наименование                          | Кол-во | Состояние  | Заключение                     |
|---|---------------------------------------|--------|------------|--------------------------------|
| 1 | Детектор FXRD-1417NAW<br>FXRD-1417NAW | 1      | Неисправен | Рекомендована замена на аналог |


Состояние оборудования: Сломана кнопка включения детектора. Ремонту не подлежит, требуется замена блока кнопок. Запчасти к Детектору FXRD-1417NAW FXRD-1417NAW не поставляются, т.к. данная модель снята с производства. В случае выхода из строя рекомендовано списание данного детектора и замена на современный аналог.

Представители ООО "ДРАЙВ"

Заместитель начальника  
производственного отдела  
(должность)

Инженер-технолог  
(должность)

(должность)



Ю.А. Шантило  
(И.О.Фамилия)

В.Н. Зарецкий  
(И.О.Фамилия)

..  
(И.О.Фамилия)

Представитель: Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

Зел. Д.С.  
(должность)

(подпись)

А.С. Сорокин  
(И.О.Фамилия)

Подрядчик:

ООО "ДРАЙВ"

пр. Независимости, 185, помещение 16, 220125, г. Минск

Р/с ВУ30BPSB30120099000139330000 в ОАО "Сбер Банк", BIC BPSBBY2X

Адрес банка: пр. Независимости 32А-1, 220030, г. Минск

УНП: 100177569, ОКПО 14731753

Сайт: www.rentgen.by

E-mail: service@drive-by.net

facebook: fb.com/drivems.by

Телефоны: гоп.: +375 (17) 388-03-96, МТС: +375 (29) 500-13-52 А1: +375 (44) 500-13-52



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 7519

от 30.04.2026

Заказчик

Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

Наименование МТ, заводской №:

Аппараты рентгеновские диагностические передвижные "Спутник" ТУ ВУ  
100177569.004-2012 изм. "2": исполнение "Спутник-01-04.02" (040020115)

Изготовитель:

ООО "Драйв"

Договор:

39Т/2026 от 27.04.2026

При выполнении работ обнаружены:

| № | Наименование                       | Кол-во | Состояние                                     | Заключение                                                                                                               |
|---|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аккумулятор CASIL CA1272 12V 7.2Ah | 1      | Неисправен Аккумулятор CASIL CA1272 12V 7.2Ah | Необходима замена аккумуляторной батареи в Источнике бесперебойного питания Back Power Pro II 500 Ippon (N06810G1X00160) |

Представители ООО "ДРАЙВ"

Заместитель начальника  
производственного отдела  
(должность)Инженер-технолог  
(должность)Инженер I категории  
(должность)Ю.А. Шантило  
(И.О. Фамилия)В.Н. Зарецкий  
(И.О. Фамилия)К.В. Шпунтов  
(И.О. Фамилия)

Представитель: Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Подрядчик:

ООО "ДРАЙВ"

пр. Независимости, 185, помещение 16, 220125, г. Минск

Р/с ВУ30BPSB30120099000139330000 в ОАО "Сбер Банк", BIC BPSBBY2X

Адрес банка: пр. Независимости 32А-1, 220030, г. Минск

УНП: 100177569, ОКПО 14731753

Сайт: www.rentgen.by

E-mail: service@drive-by.net

facebook: fb.com/drivems.by

Телефоны: гоп.: +375 (17) 388-03-96, МТС: +375 (29) 500-13-52 А1: +375 (44) 500-13-52