

Приложение №1
к заявке на закупку
микроскоп медицинский
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Микроскоп бинокулярный

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.	Микроскоп бинокулярный	шт.	7

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№	Наименование	Параметры
1.1	Микроскоп бинокулярный	1. Оптическая система: изготовленная из стекла. Оптика должна иметь антигрибковое покрытие. Поле зрения должно быть не менее 18 мм. 2. Механизм фокусировки: коаксиальный привод грубой/точной фокусировки (макро- и микровинты). Минимальный шаг точной фокусировки не более 2,5 мкм. 3. Предметный столик: диапазон перемещения не менее: 30 мм по глубине (Y) и не менее 75 мм по ширине (X). Покрытие предметного столика стойкое к дезинфекции, рукояткой управления, расположенной с правой стороны 4. тубус: бинокулярный с углом наклона 30 градусов, регулируемый межзрачковым расстоянием не менее чем от 50 мм до 75 мм. 5. Источник света: галогеновая и/или светодиодная лампа 6. Осветитель: встроенный осветитель проходящего света, настроенный по Келлеру, с регулировкой интенсивности освещения. 7. Конденсор: конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой, числовая апертура не менее 1.25, работа с объективами от 4х до 100х. 8.* Объективы: -объектив планахроматический с увеличением 4х, числовой апертурой не менее 0.1 и рабочим расстоянием не менее 15,9мм. - объектив планахроматический с увеличением не менее 10х, числовой апертурой не менее 0.25 и рабочим расстоянием не менее 8,8 мм.

		- объектив планахроматический с увеличением 40х, числовой апертурой не менее 0.65 и рабочим расстоянием не менее 0.5 мм. - объектив планахроматический с увеличением 100х масляной иммерсией, числовой апертурой не менее 1.25 и рабочим расстоянием не менее 0.15 мм. 9. Револьверное устройство: не менее 4 объективов 10. Окуляры: широкоугольные 10х с диоптрийной подстройкой.
--	--	--

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. Предлагаемое медицинские изделия должны иметь регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь или находиться в процессе регистрации (перерегистрации) в Республики Беларусь на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021г № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.