

Предмет государственной закупки
(наименование товара)

Стол медицинский из нерж. стали
двухъярусный на колесах с тормозной
системой

Лот №1

Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	2.Стол медицинский инструментальный предназначен для размещения инструментария, медикаментов и других принадлежностей используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. 2.1 Изготовлен из нержавеющей стали; 2.2 Отбортовка столешницы не менее чем с 3-х сторон; 2.3 Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфектантам, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. 2.4 Колеса-диаметр не менее 50мм(± 5мм), два из которых – с тормозом; Габаритные размеры стола: 2.5 длина 670мм (± 100 мм) 2.6 ширина 470 мм (± 100 мм) 2.7 высота 820 мм (± 100 мм) 2.8 Допустимая распределенная нагрузка на столешницу стола не менее 15 кг.
Код по ОКРБ (9 знаков)	32.50.30.500
Объем (количество)	10 шт.
Срок (график поставки) товаров	2026 г
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	7700,00 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

10m №2

Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

Комплектация за 1 комплект:

№	Наименование	Количество, шт
1.	Столик медицинский из нержавеющей стали	1
2.	Полка	2
3.	Выдвижной ящик	1

2. Технические требования:

- 2.1 колёса поворотные Ø не менее 45мм,,два из которых оснащены тормозом;
- 2.2размеры столика (д.ш.в.) 760x460x800мм(±100мм)
- 2.3все поверхности устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами;
- 2.4Общая допустимая нагрузка на столик не менее 20 кг;
- 2.5допустимая нагрузка на верхнюю полку не менее 5;
- 2.6допустимая нагрузка на нижнюю полку не менее 10;
- 2.7допустимая нагрузка на ящик не менее 5;
- 2.8Масса, не более 25кг.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Лот № 3

Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

- 1.1 столик изготовлен из нержавеющей стали:
 - 1.2 рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон:
 - 1.3 предназначен для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций:
 - 1.4 размер рабочей поверхности не менее 650*450мм:
 - 1.5 высота (регулируемая) столика:
 - в крайнем нижнем положении, не менее 800мм;
 - в верхнем положении не менее 1200мм;
 - 1.6 общая допустимая нагрузка на столик, не менее 8кг:
 - 1.7 масса не более 25кг:
 - 1.8 наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезсредствам.
2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
- 2.1. Согласно аукционным документам организатора.