



Заявка на закупку товаров (работ, услуг) 2026 год

КОД ОК РБ 007-2012: 32.50.12.000 Стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные.

№ п/п	КОД ОК РБ 007-2012	Наименование товара	Ко л-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы, руб.	Предельная стоимость, руб.*
1	32.50.12.000	Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ, или аналог.	1	10600,00	10600,00
2	32.50.12.000	Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ, или аналог.	2	6200,00	12400,00
3	32.50.12.000	Стерилизатор паровой горизонтальный ГК-100-3 модернизированная версия, или аналог.	1	43000,00	43000,00
ИТОГО			4		66000,00

товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) с указанием гарантии производителя и (или) поставщика товаров и сроком действия гарантии.

*максимальная стоимость предмета государственной закупки, включающая предполагаемую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом (поставка) товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи.

Требования к участникам, документы (сведения) для их проверки: ст. 16 п. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», соответствии с подп.1.7. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395

80233741855 (вопросы, касающиеся товара) Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений Макеев Василий Васильевич.

Сведения о предмете:

- место поставки товаров: Гомельская обл. г. п. Корма, ул. Гомельская,1;
- источник финансирования закупки – районный бюджет (главный бухгалтер 80233742625);
- ориентировочные сроки осуществления закупки: июль 2026 года (по заявке Покупателя);
- условия оплаты: оплата производится по факту поставки товара в течении 15 календарных дней;
- условия поставки - осуществляется за счет Поставщика.

Инженер по ремонту оборудования,
зданий и сооружений
80233741855

В.В. Макеев

Гл.бухгалтер
80233742625

А.Ф. Суворова

Бюджетная классификация

2 40 01 00

108 1

Приложение № 1
к заявке на закупку
Стерилизатор воздушный ГП-320 ПЗ,
или аналог.
(наименование предмета
государственной закупки согласно
формуляру медицинских изделий)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Стерилизатор воздушный
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Стерилизатор воздушный	1 шт.
2.	Дополнительные полки из нержавеющей стали. 476x494 мм	7шт.

2. Технические требования :

Наименование	Параметры.
Полезный объем камеры, л	320
Внутренние размеры камеры (ШхГхВ), мм	525x490x1233 (±10)
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	689x836x1616 (±15)
Масса, кг	124
Потребляемая мощность, не более, кВт	5,4
Питание, В/Гц	220/50
Задаваемые температурные режимы, °С	50...200
Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более	75
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более	±3
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более	205...235
Размеры полок	476x495

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Стерилизатор воздушный

(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Стерилизатор воздушный	1 шт.
2.	Дополнительные полки из нержавеющей стали. 475х370 (±30) мм	4шт.

2. Технические требования :

Наименование	Параметры
Полезный объем камеры, л	160
Внутренние размеры камеры (ШхГхВ), мм	615х500х590 (±10)
Внешние габариты (ШхГхВ), мм	818х810х881(±30)
Масса, кг	85 ±10%
Потребляемая мощность, кВт, не более	2,7
Питание, В/Гц	220/50
Задаваемые температурные режимы, °С	50...200
Время нагрева до температуры 180°С, мин, не более	55
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более	±3
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более	205...235
Время охлаждения до температуры 75°С, мин, не более	120
Размеры полок	475х370 (±30)
Минимальный шаг расположения полок, мм	132

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Стерилизатор паровой горизонтальный .
(наименование предмета государственной закупки (ЛОУЗ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий :

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Стерилизатор паровой горизонтальный .	1 шт.

2. Технические требования :

Тип стерилизатора	непроходной
Объем стерилизационной камеры, не менее	100 л.
Режимы стерилизации,	132°C – 20 мин
	120°C – 45 мин
Точность поддержания стерилизационной температуры, °C	±2
Визуальное отображение этапов стерилизации	на ЖК-дисплее
Вместимость в КСК-18	4 штуки
Размеры стерилизационной камеры, мм, не менее, (диаметр × глубина)	400×830
Вес нетто, кг, не более	230
Напряжение питания, В	380
Мощность, кВт, не более	13
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее	13
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы	+
Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора	+
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки	+
Система охлаждения сброса пара в канализацию (встроенный парогаситель)	+
Регулируемые опоры (ножки)	+
Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора	+
Глубина разрежения при сушке, Мпа, не менее	-0,08

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более	1,5%
Система безопасности:	
Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе	+
Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе	+
Комплектация	
Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт.	+

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.