

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 10.06.2026 № 4-17/237
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Расходные материалы для стерилизации»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **15.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Приложение №1
к заявке на закупку
лента самоклеящаяся
с индикаторами для стерилизации

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Количество, шт.
ЛОТ №1	Лента самоклеящаяся с индикаторами для паровой стерилизации	150
ЛОТ №2	Лента самоклеящаяся с индикаторами для воздушной стерилизации	150

2. Технические требования:

Лот №1:

2.1.1. Размеры: не менее 19 мм *50м.

2.1.2. Применяется для паровой стерилизации, разработана для использования при упаковке изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов.

2.1.3. Однократного применения.

Лот №2:

2.2.1. Размеры: не менее 19 мм *50м.

2.2.2. Применяется для воздушной стерилизации, разработана для использования при упаковке изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов.

2.2.3. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения Рулоны для стерилизации плоские

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) ИМН	Количество
Лот № 1 Рулоны для стерилизации плоские	Рулоны для стерилизации плоские 100-150мм*200мм	4 штук
Лот № 2 Рулоны для стерилизации плоские	Рулоны для стерилизации плоские 200-250мм*200мм	6 штук
Лот № 3 Рулоны для стерилизации плоские	Рулоны для стерилизации плоские 300-350мм*200мм	6 штук
Лот № 4 Рулоны для стерилизации плоские со складкой	Рулоны для стерилизации со складкой 300-350мм-100мм	3 штуки
Лот № 5 Рулоны для стерилизации плоские со складкой	Рулоны для стерилизации со складкой 200-250мм*100мм	3 штуки

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1,2,3 Рулоны для стерилизации плоские <u>Рулон для стерилизации</u> (термосвариваемые стерилизационные рулоны в качестве упаковочного материала для паровой, окисью этилена стерилизации, обеспечивают надежную защиту медицинского устройства от загрязнения бактериями со времени стерилизации до использования стерильного медицинского устройства): 2.1.Материал: прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения 2.2. Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия 2.3.Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м² или 70 г/м² 2.4.Понятное и точное изменение цвета индикатора 2.5.Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности 2.6.Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки 2.7.Простерилизованные пакеты, изготовленные из рулонов, вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии 2.8. Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение 2.9. Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента 2.10.На поверхности рулона нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных.
Лот №4,5 Рулоны для стерилизации плоские со складкой

Рулон для стерилизации (термосвариваемые стерилизационные рулоны в качестве упаковочного материала для паровой, окисью этилена стерилизации, обеспечивают надежную защиту медицинского устройства от загрязнения бактериями со времени стерилизации до использования стерильного медицинского устройства):

- 2.1. Материал: прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения
- 2.2. Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия
- 2.3. Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м² или 70 г/м²
- 2.4. Понятное и точное изменение цвета индикатора
- 2.5. Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности
- 2.6. Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки
- 2.7. Простерилизованные пакеты, изготовленные из рулонов, вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии
- 2.8. Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение
- 2.9. Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента
- 2.10. На поверхности рулона нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора закупки.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав	Ед. изм.	Кол-во
1	Химический индикатор	1.Химический индикатор для контроля паровой стерилизации 121 °C/15 мин	шт	19000
2	Химический индикатор	1.Химический индикатор для контроля паровой стерилизации 121 °C/15 мин	шт	19000

1.2. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки.

2. Технические требования:

№	Наименование ЛОТа	Технические требования
1	Химический индикатор	2.1. Химический индикатор внутренний не ниже 4 класса точности
2	Химический индикатор	2.1. Химический индикатор наружный не ниже 4 класса точности

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Рулон комбинированный плоский Стерит или аналог	шт	30

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования:
ЛОТ № 1 Рулон комбинированный плоский Стерит или аналог	2.1. Представляет собой плоский рукав без складок. 2.2. Изготовлен из прозрачной многослойной полипропилен/лавсановой пленки и водоотталкивающей медицинской бумаги с химическими индикаторами. 2.3. Размер не менее 100 мм * 200 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.