

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»

Барсамян Г.Т.

« 01 » 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по ремонту аппарата МРТ «SuperMark 1.5T» s/n 00631030172 (инв.№ 01377543), 2023г.в., производства фирмы ANKE , Китай.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ «Минская ЦРКБ»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	д. Боровляны ул. Фрунзенская д. 1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – ремонт аппарата МРТ «SuperMark 1.5T» s/n 00631030172 (инв.№ 01377543), 2023г.в., производства фирмы ANKE , Китай.

2. Область применения - УЗ «Минская ЦРКБ».

3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота(при наличии)	
Предмет государственной закупки	Ремонт аппарата МРТ «SuperMark 1.5T» s/n 00631030172 (инв.№ 01377543), 2023г.в., производства фирмы ANKE , Китай.
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ(9знаков)	33.13.12.200
Объем(количество)	1
Срок(график поставки)товаров	2026 год
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	12 180 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором.

Инженер по мед. оборудованию Пальчевский Е.И. раб. т. 5052720, начальник отдела МТС Маркова О.Д. раб. т. 5052788.

5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения УЗ «Минская ЦРКБ».

Приложение №1

1. Участник должен выполнить следующие виды работ:

Виды работ	Ед. измерения	Количество аппаратов	Примечание
1	2	3	4
Произвести ремонт с заменой следующих запчастей: Вентилятор прецизионного кондиционера – 1 шт.	штук	1	

Дефектный акт сервисной организации от 08.06.2026г. № б/н прилагается.

Требования к квалификационным данным участников.

В своём предложении участник должен предоставить:

1. Документы, в соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 года № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2. Документы (копии), подтверждающие технические возможности участника: -копия заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утверждённого постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение её технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Владелец (пользователь) медицинской техники вправе проверить наличие у исполнителя работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники документов, указанных в части первой или второй настоящего пункта, перед заключением договора на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и (или) в период его исполнения.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонт медицинской техники:

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

в период гарантийного срока её эксплуатации;

поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

изъятой в собственность государства;

изготовленной (произведенной) до 2000 года.

2.1. заверенные в установленном порядке копии специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также копию санитарного паспорта, выданного территориальным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья *(в части проведения работ по ремонту радиационных устройств, относящихся к источникам ионизирующего излучения (аппаратов медицинского назначения))*;

2.2. заверенную в установленном порядке копию специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь *(в части проведения работ по ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением)*.

3. В стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки;

3.1. срок выполнения работ – в течение не более 30 *(тридцати)* календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.*

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

2.1. Содержание, порядок и качество проведения работ по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).**

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается выполнение работ в условиях Исполнителя). Доставка медицинской техники для ремонта на площадях Исполнителя и обратно осуществляется по согласованным сторонами в договоре условиям на основании акта приемки-передачи медицинской техники (агрегатов, узлов, механизмов) в ремонт.

2.5. Доставка запасных частей для проведения ремонта медицинской техники осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.6. Выполненные работы по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.7. По окончании ремонтных работ Исполнитель должен предоставить:

2.7.1 акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов;

2.7.2. акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.8. Специалистом, выполнившим работы по ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

2.9. Гарантийный срок на оказанные работы (услуги) по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы и блоки составляет не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.10. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в

соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.11. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.12. Отремонтированная медицинская техника, относящаяся к средствам измерений, выдается из ремонта после прохождения поверки у аккредитованного в установленном порядке субъекта с выдачей Заказчику свидетельства о поверке.

*В случае необходимости поставки запасных частей из-за рубежа срок выполнения работ по ремонту – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.

**За исключением использования запасных частей, включенных в единую базу учета запасных частей, бывших в эксплуатации, но признанных работоспособными.


Согласовано:

Зам.главного врача по ХР

Начальник ПЭО

Разработчик:

инженер по мед. оборудованию



В.М.Тихоновский

Т.Е. Костюк

Е.И. Пальчевский

Торгово-производственное частное унитарное предприятие

"БЕЛМЕДСНАБ"

РБ, 220131, г. Минск, ул. Гамарника, 30, оф. 362, комн. 2, тел./факс (017) 318-52-39, email: belmedsnab@gmail.com

А К Т

о выявленных дефектах

от «08» июня 2026 г.

Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
(наименование учреждения – владельца медицинской техники)

система магнитно-резонансной томографии со сверхпроводящей способностью
(наименование изделия медицинской техники)

тип, марка: SuperMark 1.5 T.

зав.№: 00631030172

год выпуска: 2023 г. Завод-изготовитель – ShenZhen Anke High-tech Co., Ltd

имеет следующие дефекты: Выход из строя вентилятора прецизионного кондиционера

Заключение: требуется замена вентилятора прецизионного кондиционера.

Представитель «БЕЛМЕДСНАБ»

Представитель учреждения-владельца

Управляющий



В. Лупашков

(должность, подпись, ФИО)

В. В. Рамчевский Е.Ч.
(должность, подпись, ФИО)

«08» июня 2026 г.

« 08 » 06 2026 г.