

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
детский адгезивный одноразовый датчик для измерения частоты пульса и SpO2

ЛОТ № 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	детский адгезивного одноразовый датчик для измерения частоты пульса и SpO2	Шт.	650

2. Технические требования:

2.1 Предназначен для продолжительного нетравматичного измерения содержания кислорода в артериальной крови и пульса пациента.

2.2 Не содержит латекса

2.3 Должен быть гибким

2.4 Использоваться для детей от трех до двадцати килограмм

2.5 Совместим с пульсоксиметрами производства Nonin Medical inc, США, модель 7500

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
детский адгезивный одноразовый датчик для измерения частоты пульса и SpO2

ЛОТ № 2

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	детский адгезивного одноразовый датчик для измерения частоты пульса и SpO2	Шт.	100

3. Технические требования:

2.1 Предназначен для продолжительного нетравматичного измерения содержания кислорода в артериальной крови и пульса пациента.

2.3 Не содержит латекса

2.4 Должен быть гибким

2.5 Использоваться для детей от тридцати килограмм

2.6 Совместим с пульсоксиметрами производства Nonin Medical inc, США, модель 7500

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.