

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения Расходные материалы и комплектующие для стерилизационного оборудования

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Технические требования	Количество
ЛОТ №1 Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором к плазменному стерилизатору	1. Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором Размер 75-80 x 200-210мм	2000 штук
	2. Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором Размер 150-160 x 320-330мм	4000 штук
	3. Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором Размер 200-210 x 400-410мм	2000 штук
	4. Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором Размер 250-260 x 480-490мм	2000 штук
ЛОТ №2 Химические индикаторы к плазменному стерилизатору	Химический индикатор для контроля плазменной стерилизации	80 000 штук
ЛОТ № 3 Биологический индикатор к плазменному стерилизатору	Биологический индикатор к плазменному стерилизатору	500 штук
ЛОТ № 4 Кассета к плазменному стерилизатору	Кассета к плазменному стерилизатору	300 штук
ЛОТ № 5 Рулоны с химическим индикатором к плазменному стерилизатору	1. Рулоны с химическим индикатором, размер 150-160мм	20 штук
	2. Рулоны с химическим индикатором, размер 200-210мм	20 штук
	3. Рулоны с химическим индикатором, размер 250-260мм	20 штук
	4. Рулоны с химическим индикатором, размер 350-360мм	20 штук
	5. Рулоны с химическим индикатором, размер 420-430мм	4 штук
ЛОТ № 6 Самоклеящейся ленты для стерилизации с индикатором	Самоклеящейся ленты для стерилизации с индикатором	40 штук
ЛОТ № 7 Бумага для плазменной стерилизации	Бумага для плазменной стерилизации	40000 шт.
ЛОТ № 8 Картридж (кассета) со стерилизующим средством	Картриджи со стерилизующим агентом (перекись водорода) для стерилизаторов низкотемпературных пероксидно-плазменных: картриджи со стерилизующим агентом (перекись водорода): HC1001-E или аналог	350 штук
ЛОТ № 9 Биологический индикатор к плазменному стерилизатору	Биологический индикатор к плазменному стерилизатору	240 штук
ЛОТ № 10 Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских изделий	1. Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских изделий в моечных машинах	2500 штук
	2. Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских изделий в ультразвуковых ваннах	2500 штук

2. Технические требования:

~~ЛОТ №1 Пакеты самозаклеивающиеся с индикатором к плазменному стерилизатору~~

2.1. Пакеты для плазменных стерилизаторов
ЛОТ №2 Химические индикаторы к плазменному стерилизатору
2.1 Химический индикатор универсальный, не ниже 4 класс точности
ЛОТ №3 Биологический индикатор к плазменному стерилизатору
2.1. Совместимость с плазменным стерилизатор STERRAD 100NX
ЛОТ №4 Кассета к плазменному стерилизатору
2.1. Совместимость с плазменным стерилизатор STERRAD 100NX
ЛОТ №5 Рулоны с химическим индикатором к плазменному стерилизатору
2.1. Рулон не менее 70м.
2.2. Рулоны для плазменных стерилизаторов
ЛОТ №6 Самоклеящейся ленты для стерилизации с индикатором
2.1. Длина ленты (рулона) не менее 55 метров, ширина ленты не менее 25мм
2.2. Самоклеящейся лента для плазменных стерилизаторов
ЛОТ №7 Бумага для плазменной стерилизации
2.1 Формат 90-100x90-100 см
ЛОТ №8 Картридж (кассета) со стерилизующим средством
2.1. Совместимость с стерилизатором низкотемпературным пероксидно-плазменным PS-100XP.
ЛОТ №9 Биологический индикатор к плазменному стерилизатору
2.1. Совместимость с стерилизатором низкотемпературным пероксидно-плазменным PS-100XP
ЛОТ №10 Тест контроля эффективности предстерилизационной очистки медицинских изделий
2.1. Тест контроля с индикаторной пластиной. Одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.