

Технические характеристики (описание)
Устройство для дренирования ран для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Устройство для дренирования ран	с вместимостью баллона 200-300 мл	5340 шт

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Устройство для дренирования ран
2.1. Тип устройства – сильфон (гармошка); 2.2. Устройство (сильфон) должно иметь прозрачные стенки для визуального контроля наполненности; 2.3. Наличие двух дренажных трубок одного диаметра и различной длины, укомплектованные соответствующими головками; 2.4. Дренажные трубки должны быть длиной не менее 380 и 500мм. 2.5. Наружный диаметр дренажных трубок должен быть – 5,3-6,0мм. 2.6. Каждое устройство должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

- 3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;
- 3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».