

Лот №1-**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****1.Состав (комплектация) оборудования и технические требования**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
-1-	-Кассета-стерилизационная STERRAD-или аналог--	шт	300

2. Технические требования:

2.1. Полимерный футляр на 10 ячеек.

2.2. Кассета на не менее 5 циклов стерилизации.

2.3. Действующее вещество- 58-59,9% пероксид водорода.

2.4.Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором STERRAD 100S Johnson&Johnson.

2.5. Наличие инструкция на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

Лот №2**Технические характеристики (описание) медицинских изделий****1.Состав (комплектация) оборудования и технические требования**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Рулоны с химическим индикатором STERRAD или аналог	рулон	84

Технические требования:

2.1. Самоклеющаяся лента в рулоне.

2.2. При контакте с парами пероксида водорода меняет цвет на контрастный.

2.3. Является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла.

2.4.Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором STERRAD 100S Johnson&Johnson.

2.5. Наличие инструкция на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

Лот №3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Полоска индикаторная химическая STERRAD или аналог	шт	36 000

Технические требования:

2.1. При контакте с парами пероксида водорода меняет цвет на контрастный.

2.2. Является индикатором – свидетелем цикла.

2.3. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором STERRAD 100S Johnson&Johnson.

2.4. Наличие инструкция на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

Лот № 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Биологический индикатор STERRAD или аналог	шт	624

Технические требования:

2.1. Полимерный флакон, содержащий в качестве тест-культуры микроорганизмов споры *Bacillus stearothermophilus*.

2.2. На флаконе имеется химический индикатор, который после окончания стерилизации меняет цвет на контрастный.

2.3. Универсальный, не требуется посева микроорганизмов на питательную среду.

2.4. Для проведения бактериологического контроля эффективности работы плазменного стерилизатора.

2.5. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором STERRAD 100S Johnson&Johnson.

2.6. Наличие инструкция на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

-Лот-№5-

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1-	Бустер-STERRAD-или-аналог-	шт	1 600

Технические требования:

2.1. Контейнер с действующим веществом - пероксид водорода.

2.2. На флаконе имеется химический индикатор, который после окончания стерилизации меняет цвет на контрастный.

2.3. Предназначен для стерилизации инструментов с открытыми каналами.

2.4. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором STERRAD 100S Johnson&Johnson.

2.5. Наличие инструкция на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

Лот №11

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Покровный материал (пеленки)для стерилизации	шт	600

Технические требования:

2.1. В листах.

2.2. Размер – 1000 мм х 1000 мм (+ 50 мм).

2.3. Проницаем для стерилизующего агента (пероксид водорода в состоянии плазмы).

2.4. Состав: полипропилен или аналог (нетканый искусственный материал).

2.5. Использоваться однократно.

2.6. Для стерилизации комплектов инструментов в лотках.

2.7.Сохранение асептических свойств изделий медицинского назначения, прошедших стерилизацию в двух слоях покровного материала не менее 10 суток.

2.8. Наличие инструкция на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора. ⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке

Лот №12

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Покровный материал (пеленки)для стерилизации	шт	500

Технические требования:

2.1. В листах.

2.2. Размер – 1300 мм х 1500 мм (± 50 мм).

2.3. Проницаем для стерилизующего агента (пероксид водорода в состоянии плазмы).

2.4. Состав: полипропилен или аналог (нетканый искусственный материал).

2.5. Использоваться однократно.

2.6. Для стерилизации комплектов инструментов в лотках.

2.7.Сохранение асептических свойств изделий медицинского назначения, прошедших стерилизацию в двух слоях покровного материала не менее 10 суток.

2.8. Наличие инструкция на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.⁸

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке