

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки:**

Аппарат для компрессионного лимфодренажа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Основной блок	шт.	1
1.2	Кабель питания	шт.	1
1.3	Аппликатор для нижних конечностей 10 камер размер М	шт.	2
1.4	Расширяющие полосы	шт.	2
1.5	Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов	шт.	1
1.6	Кабель интерфейс для 2-х аппликаторов/для одновременного подключения 2-х аппликаторов для рук или ног	шт.	1
1.7	Тележка	шт.	1

Оборудование может быть доукомплектовано дополнительными элементами необходимыми для полноценной работы.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Количество независимых каналов прессотерапии	не менее 12
2.2	Электронная система регулировки давления	Наличие
2.3	Непрерывная регулировка давления 20-160 мм Нг с установкой градиента	Наличие
2.4	Предустановленная последовательность работы камер аппликаторов для усиленной проработки лимфоколлекторов	Наличие
2.5	Встроенная электронная энциклопедия с медицинскими и эстетическими протоколами 26 клинических протоколов (последовательные программы)	Наличие
2.6	Внутренняя память для программ, установленных пользователем	не менее 400 программ
2.7	Отдельное регулируемое давление для каждой камеры	Наличие

2.8	Запрограммированные протоколы, не менее	15
2.9	Градиент давления постоянный (непрерывная настройка)	0 - 100%
2.10	Расширенные настройки для специфического лечения	Наличие
2.11	Бесшумная работа компрессора	Наличие
2.12	Автоматическая идентификация и проверка аппликаторов при включении	Наличие
2.13	Автоматический спуск воздуха из комплекта аппликаторов по окончании сеанса лечения	Наличие
2.14	Отключение любой из камер аппликаторов	Наличие
2.15	Аварийный сигнал в случае повреждения комплекта аппликаторов	Наличие
2.16	Наличие цветного сенсорного дисплея с диагональю, не менее	5 дюймов
2.17	Интерфейс -5,7' цветным сенсорным дисплеем	Наличие
2.18	Русскоязычное меню аппарата	Наличие
2.19	Вес базового блока аппарата (без аппликаторов), не более	8 кг
2.20	Настройка времени процедуры, мин	0 - 99
2.21	Сеть питания	230В±10 %/50Гц

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора.