

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае  
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»  
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае  
ўнітарнае прадпрыемства  
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель  
факс: (0232) 35-88-71  
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;  
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14  
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by  
р/р BY92BLBB30120400052327001001  
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»  
па Гомельскай вобласці,  
код BLBBVY2X УНП 400052327

11.06.2026 № 4-14/239

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Производственно-торговое республиканское унитарное  
предприятие «Белмедтехника»  
Республиканское дочернее торговое  
унитарное предприятие  
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель  
факс: (0232) 35-88-71  
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;  
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14  
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by  
р/счет BY92BLBB30120400052327001001  
Дирекция ОАО «БЕЛІНВЕСТБАНКА»  
по Гомельской области,  
код BLBBVY2X УНП 400052327

Руководителю предприятия

### ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах\* на **«Медицинские инструменты общегинекологические для УЗ Гомельской области»** (см. Приложение 1)

*\*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

**Обращаем внимание**, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **15.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина



18-04-2828

## Технические характеристики (описание)

### Медицинские инструменты общегинекологические для УЗ Гомельской области

#### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| Номер и наименование ЛОТа                                                    | Размер / состав                     | Количество |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| ЛОТ №1: Зеркало - подъемник по Отто                                          | ширина рабочей части 25 мм +/- 3мм  | 96 штук    |
| ЛОТ №2: Зеркало - подъемник по Отто                                          | ширина рабочей части 30 мм +/- 3мм  | 153 штук   |
| ЛОТ №3: Зеркало - подъемник по Отто                                          | ширина рабочей части 38 мм +/- 3мм  | 135 штук   |
| ЛОТ №4: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое                          | диаметр инструмента - 23 мм +/- 2мм | 152 штук   |
| ЛОТ №5: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое                          | диаметр инструмента - 25 мм +/- 2мм | 635 штук   |
| ЛОТ №6: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое                          | диаметр инструмента - 30 мм +/- 3мм | 620 штук   |
| ЛОТ №7: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | ширина - 21мм +/- 2мм               | 87 штук    |
| ЛОТ №8: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | ширина - 24мм +/- 2мм               | 184 штук   |
| ЛОТ №9: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | ширина - 28мм +/- 2мм               | 151 штук   |
| ЛОТ №10: Зеркало влагалищное по Симсу                                        | ширина - 32мм +/- 2мм               | 72 штук    |
| ЛОТ №11: Зеркало влагалищное по Симсу                                        | ширина - 36мм +/- 2мм               | 65 штук    |
| ЛОТ №12: Зонд маточный                                                       |                                     | 106 штук   |
| ЛОТ №13: Игла для пункции заднего свода влагалища                            |                                     | 56 штук    |
| ЛОТ №14: Корнцанг изогнутый                                                  | с изогнутыми браншами               | 580 штук   |
| ЛОТ №15: Корнцанг прямой                                                     | с прямыми браншами                  | 737 штук   |
| ЛОТ №16: Кюретка гинекологическая острая                                     | острая                              | 135 штук   |
| ЛОТ №17: Кюретка тупая послеродовая                                          | тупая                               | 46 штук    |
| ЛОТ №18: Ложка гинекологическая двусторонняя Фолькмана                       | двусторонняя                        | 112 штук   |
| ЛОТ №19: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов изогнутые | изогнутые                           | 15 штук    |
| ЛОТ №20: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов прямые    | прямые                              | 104 штук   |
| ЛОТ №21: Щипцы для оттягивания матки двузубые (щипцы Мюзе)                   |                                     | 31 штука   |
| ЛОТ №22: Щипцы для оттягивания матки однозубые (пулевые)                     |                                     | 107 штук   |
| ЛОТ №23: Стетоскоп акушерский                                                |                                     | 56 штук    |

#### 2. Технические требования:

| Номер и наименование ЛОТа                           | Характеристики                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛОТ №1: Зеркало - подъемник по Отто                 | 1) длина рабочей части 85мм*;<br>2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.                                                                                               |
| ЛОТ №2: Зеркало - подъемник по Отто                 | 1) длина рабочей части 100мм*;<br>2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.                                                                                              |
| ЛОТ №3: Зеркало - подъемник по Отто                 | 1) длина рабочей части 115мм*;<br>2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.                                                                                              |
| ЛОТ №4: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое | 1) створки длиной 75 мм*;<br>2) двухстворчатое;<br>3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом. |
| ЛОТ №5: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое | 1) створки длиной 85 мм*;<br>2) двухстворчатое;<br>3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом. |
| ЛОТ №6: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое | 1) створки длиной 90 мм*;<br>2) двухстворчатое;<br>3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом. |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛОТ №7: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | 1) длина рабочей части 85мм*;<br>2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой;<br>3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.  |
| ЛОТ №8: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | 1) длина рабочей части 90мм*;<br>2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой;<br>3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.  |
| ЛОТ №9: Зеркало влагалищное по Симсу                                         | 1) длина рабочей части 95мм*;<br>2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой;<br>3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.  |
| ЛОТ №10: Зеркало влагалищное по Симсу                                        | 1) длина рабочей части 105мм*;<br>2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой;<br>3) рукоятка должна иметь выгнутую форму. |
| ЛОТ №11: Зеркало влагалищное по Симсу                                        | 1) длина рабочей части 110мм*;<br>2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой;<br>3) рукоятка должна иметь выгнутую форму. |
| ЛОТ №12: Зонд маточный                                                       | 1) общая длина 295мм*;<br>2) диаметр 3,5мм +/- 0,3мм;<br>3) зонд должен быть с делениями и заканчиваться оливой.                                                                                                      |
| ЛОТ №13: Игла для пункции заднего свода влагалища                            | 1) длина не менее 130мм,<br>2) диаметр 1,8 мм +/- 0,2мм;<br>3) должна быть со скошенным краем.                                                                                                                        |
| ЛОТ №14: Корнцанг изогнутый                                                  | 1) длина не менее 250мм<br>2) должен быть с кремальерой, с изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой.                                                                                                        |
| ЛОТ №15: Корнцанг прямой                                                     | 1) длина не менее 250мм<br>2) должен быть с кремальерой, прямыми браншами и овальными губками с насечкой.                                                                                                             |
| ЛОТ №16: Кюретка гинекологическая острая                                     | 1) длина 300мм*;<br>2) односторонняя;<br>3) должна быть с острой пластинчатой петлей, заточенной с одного края.                                                                                                       |
| ЛОТ №17: Кюретка тупая послеродовая                                          | 1) длина 330мм*;<br>2) тупая;                                                                                                                                                                                         |
| ЛОТ №18: Ложка гинекологическая двусторонняя Фолькмана                       | 1) длина 210мм*<br>2) состоит из стержня-рукоятки, на противоположных концах которого размещены две рабочие части в виде ложек разного размера                                                                        |
| ЛОТ №19: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов изогнутые | 1) длина 215 мм*;<br>2) щипцы с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей.                                                                                                                            |
| ЛОТ №20: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов прямые    | 1) длина 215мм*;<br>2) щипцы с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей.                                                                                                                             |
| ЛОТ №21: Щипцы для оттягивания матки двузубые (щипцы Мюзе)                   | 1) длина 240мм*<br>2) каждая из браншей должна заканчиваться двумя острыми изогнутыми зубцами.                                                                                                                        |
| ЛОТ №22: Щипцы для оттягивания матки однозубые (пулевые)                     | 1) длина 250мм*;<br>2) ширина в сомкнутом состоянии – 13мм +/- 0,2мм;<br>3) щипцы с изогнутыми губками, оканчивающимися острым зубцом.                                                                                |
| ЛОТ №23: Стетоскоп акушерский                                                | 1) предназначен для выслушивания тонов плода;<br>2) длина не менее 170мм;<br>3) материал – древесина;                                                                                                                 |

\*- отклонения по длине могут составлять +/-10% от указанной длины.

п.2.1-2.3 общие для лотов №1-22:

2.1. Инструментарий должен быть изготовлен из нержавеющей стали или титана.

2.2. Инструментарий не должен подвергаться коррозии.

2.3. Инструментарий должен выдерживать многократные стерилизации автоклавированием и обрабатываться дезинфицирующими растворами.

- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.

