



SupMedic

09.04.2026 г.

г. Минск

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Представителем *Частного предприятия «Супмедик»* в Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии», по адресу: 220080, г. Минск, Долгиновский тракт, 157, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Перечень работ для восстановления оборудования	Стоимость материалов и работ на день выставления акта, руб.
Облучатель бактерицидный ОБНЦ-150Т-01 -12шт.	- выход из строя ЭПРА - 24 шт.	- замена ЭПРА – 24 шт.	
Облучатель бактерицидный ОБН-30*2v1 -2шт.	- выход из строя ЭПРА – 4 шт.	- Замена ЭПРА – 4 шт.	

Инженер по ремонту



Исполнитель:

К.Л. Анищенко

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Супмедик»

220035, г. Минск, ул. Чехова, 3, оф. 1, комн. 1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000 лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г. Минск, ул. Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г. Минск, ул. Гикало, д. 3
Тел. (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com