

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Рентгеновский излучатель СХВ-500В или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом TSX-036A (Aquilion Lightning)

2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Рентгеновский излучатель СХВ-750G или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом TSX-303A (Aquilion PRIME)

2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Рентгеновский излучатель Perfomix 40 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом Optima CT660

2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

2.3. Возможна поставка на условиях возврата неисправной запасной части производителю.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты отгрузки, что наступит ранее

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Рентгеновский излучатель Dunlee CTR2280 DU 8008 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость с компьютерным томографом Anatom Precision

2.2. Поставляемая рентгеновская трубка должна быть новая.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 5

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Система центрации пациентов лазерная с дистанционным управлением LASERGUARD LASER SOURCE CNTRL или аналог	1
1.2.	Thyratron Deuterium, Tetrode, CX1140LG или аналог	2

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость предлагаемых частей с линейным ускорителем True-Beam STx

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Требования к гарантийному сроку не менее 3 месяцев с даты ввода в эксплуатацию