

ЛОТ 2

«Утверждаю»

Главный врач
УЗ «Брестская областная
клиническая больница»
А.С. Карпицкий

Задание на закупку

светильника хирургического бестеневого передвижного (1 ед).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единица):

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Тип: Светильник хирургический передвижной (напольный), бестеневой светодиодный	1
1.2	Назначение освещение операционного поля при хирургических вмешательствах, диагностических процедурах	1
1.3	Конструкция : мобильное основание с колесами, вертикальная стойка, пантографический (балансирный) плечо для для позиционирования купола	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».


№ п/п	Технические требования	Значение параметра или наличие функции
2.1	Центральная освещенность на расстоянии 1 м, кЛк	Не менее 100 кЛк
2.2	Функции управления размером светового поля, освещенности и цветовой температуры с помощью сенсорной панели управления находящейся на осветительном блоке	наличие
2.3	Увеличение диаметра светового поля без изменения центральной освещенности.	наличие
2.4	Тип света: естественно-белый, исключающий пульсацию	наличие
2.5	Цветовая температура	От 3500К до 5000К
2.6	Индекс цветопередачи Ra, не менее	96
2.7	Индекс цветопередачи R9, не менее	96
2.8	Индекс цветопередачи R13, не менее	96

2.9	Бестеновой эффект обеспечивается многокупольной системой или рассеивающими материалами , матовый поликарбонат)	наличие
2.10	Фокусировка возможность изменения диаметра светового пятна	наличие
2.11	Срок службы светодиодов, часы, не менее	60 000
2.12	Передвижение – наличие 4-х колес минимум два с тормозами	наличие
2.13	Позиционирование: легкое перемещение купола, фиксация в нужном положении без вибраций	наличие
2.14	Стерильность: возможность обработки дезинфицирующими средствами, наличие стерилизуемых ручек	наличие
2.15	Электропитание от сети 220 В, наличие встроенного аккумулятора для автономной работы (минимум 1-2 часа)	130 кЛк
2.16	Минимальный нагрев операционного поля (холодный свет)	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических требований:

	И.Л. Радиевский	Врач хирург Брестской областной клинической больницы (заведующий)	
2	С.В. Гетманюк	Врач нейрохирург Брестской областной клинической больницы	

Согласовано:

 И.В.Сабалевский главный внештатный специалист ГУЗО
Брестского облисполкома (Специалист по стационарной хирургии)