

Технические характеристики (описание) медицинской техники

1. Состав оборудования:

Светильник медицинский передвижной бестеневой.- 1 шт.

2. Технические требования:

2.1.LED-светодиоды;

2.2.Время работы с светодиодах не менее 50 000ч.;

2.3.Глубина рабочей зоны светильника с фокусированным светом должна быть от 0,7 до 1,5 метра;

2.4.Диаметр светового поля на расстоянии 1 м — не менее 100 мм.

2.5.Максимальная интенсивность света (лк) на расстоянии 1 метр не менее - 80 000.

2.6.Естественный белый цвет, комфорт для глаз и правильное восприятие оттенков тканей;

2.7.Диаметр светового поля светильника, а также направление светового потока должны регулироваться;

2.8.Полное отсутствие нагрева операционного поля;

2.9.Температура цвета - $4500 \pm 500^{\circ}\text{K}$.

2.10.Наружные поверхности устойчивы к любым применяемым дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

3.Гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, гарантийный и послегарантийный сервис, специалистами, сертифицированными производителем.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации: наличие руководства пользователя и технической документации на русском языке.

Разработано:

Главный внештатный специалист
по стационарной хирургии



И.В.Сабалевский