

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

Запасные части к томографу магнитно-резонансному Optima MR450w (пр-ва GE Healthcare), s/n HM0965, 2015 года выпуска

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Катушка для исследования головы и шеи (1.5T GEM HNU Coil) 5407408 (или аналог)	штука	1

2. Технические требования:

№ п/п	Описание
2.1	Полная совместимость з/ч с томографом магнитно-резонансным Optima MR450w (пр-ва GE Healthcare), - подтверждение производителя товара или авторизованного представителя, либо каталога.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Гарантийный срок на запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливаются заводом-изготовителем, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента установки.

4.Требование к установке.

4.1 Установка запасных частей с выдачей акта ввода (установки) запасных частей.

5. Заменяемые запасные части должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).