

100115

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (1 единицы)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Столик процедурный/манипуляционный для диализного зала	1 шт.
1.2.	Выдвигаемый ящик	3 шт.
1.3.	Полка-ниша в конструкции столика, боковой ручки, рейки-направляющей для навесных аксессуаров.	1 шт.
1.4.	Поворотные колесные опоры с бампером, без тормозов	2 шт.
1.5.	Поворотные колесные опоры с бампером, с тормозом	2 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Технические требования
2.1	Рабочая поверхность с четырехсторонней отформованной отбортовкой.
2.2	Столик изготовлен из нержавеющей стали
2.3	Фасады выдвижных ящиков изготовлены из нержавеющей стали
2.4	Направляющие ящиков полного выдвижения
2.5	Обрезиненные поворотные колесные опоры Ø 125(±15) мм
2.6	Наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам.
2.7	Масса столика, не более 50 кг
2.8	Размеры рабочей поверхности (длина x ширина), не менее 596x556 мм
2.9	Высота рабочей поверхности от уровня пола, не более 900 мм
2.10	Габаритные размеры столика (длина x ширина x высота) 760x655x915(±15) мм
2.11	Допустимая нагрузка на столик, не менее 55 кг
2.11.1	на столешницу не менее 15 кг
2.11.2	на выдвижной ящик не менее 7 кг
2.11.3	на полку открытой ниши не менее 9 кг
2.11.4.	на направляющую не менее 10 кг

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.