

БелМТ №391/26
лоты 1-20

Приложение 1

Технические характеристики
расходного инструментария для ангиографических кабинетов г. Минска
1. Состав и технические требования.

Лот № 1 Интродьюсеры управляемые.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	ВСМП	ИТОГО
1.1.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	5F, 700мм, длина отклоняемого дистального конца 25мм	0	0	5	2	5	0	12
1.2.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	5 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	5	0	5	0	10
1.3.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	6 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	50	10	2	0	0	62
1.4.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	6 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	10	10	2	0	0	22
1.5.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	6 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	10	10	0	5	0	25
1.6.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	7 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	10	0	5	0	15
1.7.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	5	0	0	0	5
1.8.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	5	0	0	0	5
1.9.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	5	0	5	0	10
1.10.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	9 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.11.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	0	0	0	0	0

1.12.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.14.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	5 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	2	0	0	7
1.15.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	5 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	0	5	0	10
1.16.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	6 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	20	5	2	0	0	27
1.17.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	6 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	15	5	0	5	0	25
1.18.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	7 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	0	5	0	10
1.19.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	0	0	0	5
1.20.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	0	0	0	5
1.21.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	8 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	5	0	5	0	10
1.22.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	9 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.23.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	10 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5

1.26.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	12 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50мм	0	0	0	0	5	0	5
1.27.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	12 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.28.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	12 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.29.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	14 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50мм	0	0	0	0	5	0	5
1.30.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	14 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5
1.31.	Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем	14 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм	0	0	0	0	5	0	5
			0	105	105	10	95	0	315

Технические требования:

1. Интродьюсер – управляемый (позиционируемый).
2. Угол изгиба дистального конца – 0-160°.
3. Угол изгиба дистального конца для 12,14 F – 0-90°.
4. Допускается отклонение по длине +/- 10 мм.

Лот № 2 Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций «прямые».								
№	Наименование	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
2.1.	- 5F, 45-50см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,076 inch	10	0	40	25	0	0	75
2.2.	- 6F, 65-70см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087 inch	10	0	110	100	10	10	240
2.3.	- 6F, 90-100см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087 inch	5	10	200	10	60	20	305
2.4.	- 7F, 65-70см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,101 inch	10	0	40	0	10	10	70

2.5.	- 7F, 90-100см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,101 inch	5	200	200	0	60	200	665
2.6.	- 8F, 45-50см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,115 inch	0	0	100	10	0	0	110
2.7.	- 8F, 65-70см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,115 inch	0	0	0	10	10	0	20
2.8.	- 8F, 90-100см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,115 inch	0	10	0	0	50	10	70
		40	220	690	155	200	250	1555

Технические требования:

1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части.
2. Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном кончике направляющего чехла.
3. Гемостатический клапан типа Cross Cut.
4. Наличие фиксатора дилататора.
5. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краном.

Лот № 3 Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций «Multipurpose».								
№	Наименование	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
3.1.	- 6F, 90см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087"	10	60	130	0	75	0	275
3.2.	- 7F, 90см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,100"	5	50	130	0	60	0	245
		15	110	260	0	135	0	520

Технические требования:

1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части.
2. Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном кончике направляющего чехла.
3. Гемостатический клапан типа Cross Cut.
4. Наличие фиксатора дилататора.
5. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краном.

Лот № 4 Направляющие чехлы-интродьюсеры для периферических интервенций «Hockey stick».								
№	Наименование	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО

4.1.	- 5F, 45-50см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,076"	0	0	30	10	10	0	50
4.2.	- 6F, 45-50см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087"	0	10	30	20	10	0	70
4.3.	- 7F, 45-50см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,100"	0	0	30	0	10	0	40
		0	10	90	30	30	0	160

Технические требования:

1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части.
2. Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном кончике направляющего чехла.
3. Гемостатический клапан типа Cross Cut.
4. Наличие фиксатора дилататора.
5. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краном.

Лот № 5 Катетеры баллонные периферические.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
5.1.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина shaft 75-90см.	4,0x40 мм	0	20	50	5	5	0	80
5.2.	-«-	4,0x60 мм	0	20	20	5	5	0	50
5.3.	-«-	4,0x80 мм	0	20	20	5	10	0	55
5.4.	-«-	4,0x100-120 мм	0	20	20	5	15	0	60
5.5.	-«-	4,0x150 мм	0	20	10	5	15	0	50
5.6.	-«-	4,0x200 мм	0	15	30	5	15	0	65
5.7.	-«-	5,0x40 мм	0	10	20	5	5	0	40
5.8.	-«-	5,0 x 60 мм	0	10	20	5	5	0	40
5.9.	-«-	5,0 x 80 мм	0	10	20	5	10	0	45

5.10.	-«-	5,0 x 100-120 мм	0	30	30	5	15	0	80	
5.11.	-«-	5,0 x 150мм	0	20	30	5	15	0	70	
5.12.	-«-	5,0 x 200 мм	0	40	40	5	15	0	100	
5.13.	-«-	6,0 x 40 мм	0	30	60	5	5	0	100	
5.14.	-«-	6,0 x 60 мм	0	40	40	5	5	0	90	
5.15.	-«-	6,0 x 80 мм	0	30	30	5	10	0	75	
5.16.	-«-	6,0 x 100-120 мм	0	30	30	5	15	0	80	
5.17.	-«-	6,0 x 150 мм	0	30	40	5	15	0	90	
5.18.	-«-	7,0 x 40 мм	0	10	30	5	5	0	50	
5.19.	-«-	7,0 x 60 мм	0	30	20	5	5	0	60	
5.20.	-«-	7,0 x 80 мм	0	20	20	5	10	0	55	
5.21.	-«-	7,0 x 120 мм	0	30	20	5	15	0	70	
5.22.	-«-	8,0 x 40 мм	0	15	30	5	5	0	55	
5.23.	-«-	8,0 x 60 мм	0	15	40	5	10	0	70	
5.24.	-«-	9,0 x 40 мм	0	30	20	5	5	0	60	
5.25.	-«-	9,0 x 60 мм	0	20	20	5	10	0	55	
5.26.	-«-	10,0 x 40 мм	0	50	20	5	15	0	90	
5.27.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина shaft от 130см.		4,0x40 мм	0	10	50	5	5	0	70

5.28.	-«-	4,0x60 мм	0	5	30	5	5	0	45
5.29.	-«-	4,0x80 мм	0	5	30	5	10	0	50
5.30.	-«-	4,0x120 мм	0	5	30	5	15	0	55
5.31.	-«-	4,0x150 мм	0	5	30	5	15	0	55
5.32.	-«-	4,0x200 мм	0	20	30	5	15	0	70
5.33.	-«-	5,0x40 мм	0	10	30	5	5	0	50
5.34.	-«-	5,0 x 60 мм	0	10	30	5	5	0	50
5.35.	-«-	5,0 x 80 мм	0	10	30	5	10	4	59
5.36.	-«-	5,0 x 120 мм	0	10	30	5	15	4	64
5.37.	-«-	5,0 x 150мм	0	10	30	5	15	4	64
5.38.	-«-	5,0 x 200 мм	0	20	50	5	15	0	90
5.39.	-«-	6,0 x 40 мм	0	20	50	5	5	4	84
5.40.	-«-	6,0 x 60 мм	0	50	30	5	5	4	94
5.41.	-«-	6,0 x 80 мм	0	50	30	5	10	4	99
5.42.	-«-	6,0 x 120 мм	0	20	30	5	15	4	74
5.43.	-«-	6,0 x 150 мм	0	20	30	5	15	4	74
5.44.	-«-	7,0 x 40 мм	0	15	20	5	5	4	49
5.45.	-«-	7,0 x 60 мм	0	30	20	5	5	4	64
5.46.	-«-	7,0 x 80 мм	0	30	20	5	10	4	69

5.47.	-«-	7,0 x 120 мм	0	40	20	5	15	4	84
5.48.	-«-	8,0 x 40 мм	0	20	30	5	5	4	64
5.49.	-«-	8,0 x 60 мм	0	20	30	5	5	4	64
5.50.	-«-	9,0 x 40 мм	0	40	30	5	5	4	84
5.51.	-«-	9,0 x 60 мм	0	20	30	5	10	4	69
5.52.	-«-	10,0 x 40 мм	0	20	20	5	15	4	64
			0	1130	1520	260	515	68	3493

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.035".

Лот № 6 Катетеры баллонные периферические для кальцинированных поражений.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
6.1.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов. Длина shaft 75-90см.	4,0x40 мм	0	0	40	10	5	0	55
6.2.	-«-	4,0x60 мм	0	0	20	10	5	0	35
6.3.	-«-	4,0x80 мм	0	0	20	10	5	0	35
6.4.	-«-	4,0x100-120 мм	0	0	20	10	10	0	40
6.5.	-«-	4,0x150 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.6.	-«-	4,0x200 мм	0	0	30	5	5	0	40
6.7.	-«-	5,0x40 мм	0	0	40	10	5	0	55
6.8.	-«-	5,0 x 60 мм	0	0	20	10	5	0	35

6.9.	-«-	5,0 x 80 мм	0	0	20	10	5	0	35
6.10.	-«-	5,0 x 100-120 мм	0	20	20	10	10	0	60
6.11.	-«-	5,0 x 150 мм	0	0	20	10	5	0	35
6.12.	-«-	5,0 x 200 мм	0	0	30	5	5	0	40
6.13.	-«-	6,0 x 40 мм	0	0	20	20	5	0	45
6.14.	-«-	6,0 x 60 мм	0	10	20	20	5	0	55
6.15.	-«-	6,0 x 80 мм	0	10	20	20	5	0	55
6.16.	-«-	6,0 x 100-120 мм	0	10	20	20	10	0	60
6.17.	-«-	6,0 x 150 мм	0	5	30	5	5	0	45
6.18.	-«-	7,0 x 40 мм	0	0	20	20	5	0	45
6.19.	-«-	7,0 x 60 мм	0	10	20	20	5	0	55
6.20.	-«-	7,0 x 80 мм	0	10	10	20	5	0	45
6.21.	-«-	7,0 x 120 мм	0	0	10	5	10	0	25
6.22.	-«-	8,0 x 40 мм	0	0	10	10	5	0	25
6.23.	-«-	8,0 x 60 мм	0	10	10	10	5	0	35
6.24.	-«-	9,0 x 40 мм	0	0	10	10	5	0	25
6.25.	-«-	9,0 x 60 мм	0	10	10	10	5	0	35
6.26.	-«-	10,0 x 40 мм	0	0	10	10	5	0	25

6.27.	-«-	10,0 x 60 мм	0	10	10	10	5	0	35
6.28.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов. Длина shaft от 135см.	4,0x40 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.29.	-«-	4,0x60 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.30.	-«-	4,0x80 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.31.	-«-	4,0x120 мм	0	0	20	5	10	0	35
6.32.	-«-	4,0x150 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.33.	-«-	4,0x200 мм	0	0	30	5	5	0	40
6.34.	-«-	5,0x40 мм	0	0	20	5	5	0	30
6.35.	-«-	5,0 x 60 мм	0	0	20	5	5	2	32
6.36.	-«-	5,0 x 80 мм	0	0	20	5	5	2	32
6.37.	-«-	5,0 x 120 мм	0	0	20	5	10	2	37
6.38.	-«-	5,0 x 150мм	0	0	30	5	5	2	42
6.39.	-«-	5,0 x 200 мм	0	0	30	5	5	2	42
6.40.	-«-	6,0 x 40 мм	0	0	20	5	5	2	32
6.41.	-«-	6,0 x 60 мм	0	10	20	5	5	2	42
6.42.	-«-	6,0 x 80 мм	0	10	20	5	5	2	42
6.43.	-«-	6,0 x 120 мм	0	10	30	5	10	2	57

6.44.	-«-	6,0 x 150 мм	0	0	30	5	5	2	42
6.45.	-«-	7,0 x 40 мм	0	0	10	5	5	2	22
6.46.	-«-	7,0 x 60 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.47.	-«-	7,0 x 80 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.48.	-«-	7,0 x 120 мм	0	10	10	5	10	2	37
6.49.	-«-	8,0 x 40 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.50.	-«-	8,0 x 60 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.51.	-«-	9,0 x 40 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.52.	-«-	9,0 x 60 мм	0	10	10	5	5	2	32
6.53.	-«-	10,0 x 40 мм	0	0	10	5	5	2	22
6.54.	-«-	10,0 x 60 мм	0	10	10	5	5	2	32
			0	215	1020	450	310	40	2035

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.035".
2. Давление разрыва (RBP):
 - Для баллонов диаметром 3.0-4.0мм – 22 атм.
 - Для баллонов диаметром 5.0-6.0мм – 20 атм.
 - Для баллонов диаметром 7.0-10.0мм – 18 атм.

Лот № 7 Катетеры баллонные периферические большого диаметра.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
7.1.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина шфта	12,0 x 40 мм	0	30	10	2	10	0	52

	75-90см.								
7.2.	-«-	12,0 x 60 мм	0	20	10	2	10	0	42
7.3.	-«-	14,0 x 40 мм	0	15	10	2	10	0	37
7.4.	-«-	14,0 x 60 мм	0	10	10	2	10	0	32
7.5.	Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина shaft от 120см.	12,0 x 40 мм	0	30	10	2	10	0	52
7.6.	-«-	12,0 x 60 мм	0	25	10	2	10	0	47
7.7.	-«-	14,0 x 40 мм	0	15	10	2	10	0	37
7.8.	-«-	14,0 x 60 мм	0	15	10	2	10	0	37
			0	160	80	16	80	0	336

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.035".

Лот № 8 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические, OTW.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
8.1.	Баллоны для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические OTW, длина shaft от 120 см	2,0/2,5 x 210 мм	0	100	50	50	10	2	212
8.2.	-«-	2,5/3,0 x 210 мм	0	50	50	50	10	2	162
8.3.	-«-	3,0/3,5 x 210 мм	0	20	50	20	10	2	102
8.4.	-«-	3,5/4,0 x 210 мм	0	20	30	20	10	2	82
			0	190	180	140	40	8	558

Технические требования:

1. Конструкция системы – баллонный конический катетер совместимый с проводником 0.014".

Лот № 9 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические, RX.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
9.1.	Баллоны для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические RX, длина shaft от 90см	2,0/2,5 x 210 мм	0	50	30	20	5	0	105
9.2.	-«-	2,5/3,0 x 210 мм	0	40	50	20	5	0	115
9.3.	-«-	3,0/3,5 x 210 мм	0	20	50	10	5	0	85
9.4.	-«-	3,5/4,0 x 210 мм	0	10	30	10	5	0	55
9.5.	Баллоны для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические RX, длина shaft от 150см	2,0/2,5 x 210 мм	0	50	30	10	5	4	99
9.6.	-«-	2,5/3,0 x 210 мм	0	40	50	10	5	4	109
9.7.	-«-	3,0/3,5 x 210 мм	0	20	50	10	5	4	89
9.8.	-«-	3,5/4,0 x 210 мм	0	10	30	10	5	4	59
			0	240	320	100	40	16	716
Технические требования:									
1. Конструкция системы – баллонный конический катетер совместимый с проводником 0.014”.									

Лот № 10 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
10.1.	Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW, длина shaft от 70 см	2.0x60 мм	0	5	100	10	0	0	115
10.2.	-«-	2.0x80 мм	0	20	50	10	0	0	80
10.3.	-«-	2.0x120-150 мм	0	20	100	10	10	0	140

10.4.	-«-	2.0x200-220 мм	0	15	100	10	10	0	135
10.5.	-«-	2.5x60 мм	0	15	50	10	0	0	75
10.6.	-«-	2.5x80 мм	0	15	50	10	0	0	75
10.7.	-«-	2.5x120-150 мм	0	20	100	10	10	0	140
10.8.	-«-	2.5x200-220 мм	0	15	100	10	10	0	135
10.9.	-«-	3.0x60 мм	0	5	50	10	0	0	65
10.10.	-«-	3.0x80 мм	0	5	50	10	0	0	65
10.11.	-«-	3.0x120-150 мм	0	5	100	10	10	0	125
10.12.	-«-	3.0x200-220 мм	0	5	100	10	10	0	125
10.13.	-«-	3.5x60 мм	0	0	50	10	0	0	60
10.14.	-«-	3.5x80 мм	0	0	50	10	0	0	60
10.15.	-«-	3.5x120-150 мм	0	5	50	10	10	0	75
10.16.	-«-	3.5x200-220 мм	0	5	50	10	10	0	75
10.17.	-«-	4.0x60 мм	0	0	50	10	0	0	60
10.18.	-«-	4.0x80 мм	0	0	30	10	0	0	40
10.19.	-«-	4.0x120-150 мм	0	0	30	10	10	0	50
10.20.	-«-	4.0x200-220 мм	0	0	50	10	10	0	70
10.21.	Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW, длина шфта от 120 см	2.0x60 мм	0	10	50	5	0	0	65
10.22.	-«-	2.0x80 мм	0	15	20	5	0	0	40

10.23.	-«-	2.0x120-150 мм	0	20	50	5	10	0	85
10.24.	-«-	2.0x200-220 мм	0	20	50	5	10	0	85
10.25.	-«-	2.5x60 мм	0	10	20	5	0	0	35
10.26.	-«-	2.5x80 мм	0	20	20	5	0	0	45
10.27.	-«-	2.5x120-150 мм	0	30	50	5	10	0	95
10.28.	-«-	2.5x200-220 мм	0	20	50	5	10	0	85
10.29.	-«-	3.0x60 мм	0	10	20	5	0	0	35
10.30.	-«-	3.0x80 мм	0	5	50	5	0	0	60
10.31.	-«-	3.0x120-150 мм	0	5	50	5	10	0	70
10.32.	-«-	3.0x200-220 мм	0	0	50	5	10	0	65
10.33.	-«-	3.5x60 мм	0	0	20	5	0	0	25
10.34.	-«-	3.5x80 мм	0	0	20	5	0	0	25
10.35.	-«-	3.5x120-150 мм	0	0	20	5	10	0	35
10.36.	-«-	3.5x200-220 мм	0	0	20	5	10	0	35
10.37.	-«-	4.0x60 мм	0	0	20	5	0	0	25
10.38.	-«-	4.0x80 мм	0	0	20	5	0	0	25
10.39.	-«-	4.0x120-150 мм	0	0	30	5	10	0	45
10.40.	-«-	4.0x200-220 мм	0	0	50	5	10	0	65
			0	320	1990	300	200	0	2810

Технические требования:

1. Конструкция системы – баллонный катетер совместимый с проводником 0.014".
2. Давление разрыва не менее 14 атм.
3. Совместим с нитродьюсером 4Fr.

Лот № 11 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, RX.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
11.1.	Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, RX, длина shaft от 150см	2.0x60 мм	0	15	30	5	0	2	52
11.2.	«-»	2.0x80 мм	0	15	30	5	0	2	52
11.3.	«-»	2.0x120-150 мм	0	20	50	5	10	2	87
11.4.	«-»	2.5x60 мм	0	15	30	5	0	2	52
11.5.	«-»	2.5x80 мм	5	15	30	5	0	2	57
11.6.	«-»	2.5x120-150 мм	5	30	50	5	10	2	102
11.7.	«-»	3.0x60 мм	5	10	30	5	0	2	52
11.8.	«-»	3.0x80 мм	5	10	30	5	0	2	52
11.9.	«-»	3.0x120-150 мм	5	10	50	5	10	2	82
11.10.	«-»	3.5x60 мм	5	5	30	5	0	0	45
11.11.	«-»	3.5x80 мм	5	5	30	5	0	0	45
11.12.	«-»	3.5x120-150 мм	5	5	50	5	10	0	75
11.13.	«-»	4.0x60 мм	0	0	30	5	0	0	35

11.14.	-«-	4,0х80 мм	0	0	30	5	0	0	35
11.15.	-«-	4,0х120-150 мм	0	0	30	5	10	0	45
			40	155	530	75	50	18	868

Технические требования:

1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.014".
2. Давление разрыва не менее 14 атм.
3. Совместим с интродьюсером 4Fr.

Лот № 12 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые OTW, 0.018.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
12.1.	Баллоны для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW, длина шфта от 120 см	2,0х60 мм	0	10	30	20	0	0	60
12.2.	-«-	2,0х80 мм	0	15	30	20	0	0	65
12.3.	-«-	2,0х120 мм	0	20	30	20	10	0	80
12.4.	-«-	2,5х60 мм	0	20	30	20	0	0	70
12.5.	-«-	2,5х80 мм	0	20	30	20	0	0	70
12.6.	-«-	2,5х120 мм	0	20	30	20	10	0	80
12.7.	-«-	3,0х60 мм	0	15	30	10	0	0	55
12.8.	-«-	3,0х80 мм	0	15	30	10	0	0	55
12.9.	-«-	3,0х120 мм	0	10	30	10	10	0	60
12.10.	-«-	3,5х60 мм	0	10	30	10	0	0	50
12.11.	-«-	3,5х80 мм	0	10	30	10	0	0	50

12.12.	-«-	3,5х120 мм	0	10	30	10	10	0	60
12.13.	-«-	4,0х80 мм	0	4	30	10	0	0	44
12.14.	-«-	4,0х120 мм	0	4	30	10	10	0	54
			0	183	420	200	50	0	853

Технические требования:

1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.018”.
2. Номинальное давление не менее 8 атм., давление разрыва не менее 18 атм.

Лот № 13 Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
13.1.	Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени, длина shaft не менее 130см	2,0х120 мм	0	10	20	20	10	4	64
13.2.	-«-	3,0х120 мм	0	10	20	20	10	4	64
13.3.	-«-	3,5х120 мм	0	0	20	20	10	4	54
13.4.	-«-	4,0х40 мм	0	0	20	10	0	2	32
13.5.	-«-	4,0х60 мм	0	0	20	10	0	2	32
13.6.	-«-	4,0х80 мм	0	0	20	10	0	2	32
13.7.	-«-	4,0х120 мм	0	0	20	10	10	2	42
			0	20	140	100	40	20	320

Технические требования:

1. Катетер OTW совместимый с проводником 0,014”
2. Наличие антипролиферативного покрытия.

Лот № 14 Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
14.1.	Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра	5,0х40 мм	0	0	10	20	0	0	30

14.2.	-«-	5,0x60 мм	0	0	20	20	0	0	40
14.3.	-«-	5,0x80 мм	0	0	20	20	0	0	40
14.4.	-«-	5,0x120 мм	0	0	20	20	5	0	45
14.5.	-«-	6,0x40 мм	0	20	20	20	0	0	60
14.6.	-«-	6,0x60 мм	0	20	30	20	0	0	70
14.7.	-«-	6,0x80 мм	0	20	30	20	0	0	70
14.8.	-«-	6,0x120 мм	0	20	40	50	5	0	115
14.9.	-«-	7,0x40 мм	0	20	10	20	0	0	50
14.10.	-«-	7,0x60 мм	0	20	10	20	0	0	50
14.11.	-«-	7,0x80 мм	0	20	10	20	5	0	55
			0	140	220	250	15	0	625

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0,035 inch.
2. Наличие антипролиферативного покрытия.
3. Длина shaft катетера 80см.

Лот № 15 Катетеры баллонные с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра большого диаметра.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
15.1.	Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра	8,0x40 мм	0	5	10	10	0	0	25
15.2.		8,0x60 мм	0	5	10	10	5	0	30
15.3.		9,0x40 мм	0	5	10	10	0	0	25

15.4.		9,0x60 мм	0	5	10	10	5	0	30
			0	20	40	40	10	0	110

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0,035 inch
2. Наличие антипролиферативного покрытия.
3. Длина shaft катетера 80см.

Лот № 16 Катетеры баллонные с антипролиферативным покрытием для сосудов голени OTW, 0.018".									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
16.1.	Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени	2,0x120 мм	0	5	10	10	5	0	30
16.2.	-«-	3,0x120 мм	0	5	10	10	5	0	30
16.3.	-«-	3,5x120 мм	0	5	10	10	5	0	30
16.4.	-«-	4,0x40 мм	0	5	10	10	0	0	25
16.5.	-«-	4,0x60 мм	0	5	10	10	0	0	25
16.6.	-«-	4,0x80 мм	0	5	10	10	0	0	25
16.7.	-«-	4,0x120 мм	0	5	10	10	5	0	30
			0	35	70	70	20	0	195

Технические требования:

1. Монорельсовый катетер, совместимый с проводником 0,018"
2. Наличие антипролиферативного покрытия.

Лот № 17 Стенты периферические саморасширяющиеся.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
17.1.	Стенты нитиноловые саморасширяющиеся, полезная длина shaft от 75 см	6.0x40мм	0	10	20	3	5	0	38
17.2.	-«-	6.0x80мм	0	10	30	3	10	0	53
17.3.	-«-	6.0x120-150мм	0	30	100	3	10	0	143

17.4.	-«-	7.0x40мм	0	10	30	3	5	0	48
17.5.	-«-	7.0x80мм	0	10	50	3	10	0	73
17.6.	-«-	7.0x120-150мм	0	40	100	3	10	0	153
17.7.	-«-	8.0x40мм	0	30	20	3	5	0	58
17.8.	-«-	8.0x80 мм	0	20	20	3	10	0	53
17.9.	-«-	8.0x120-150мм	0	10	40	3	10	0	63
17.10.	-«-	9.0x40 мм	0	10	30	3	5	0	48
17.11.	-«-	9.0x60 мм	0	10	30	3	5	0	48
17.12.	-«-	9.0x80мм	0	10	30	3	10	0	53
17.13.	-«-	10.0x40 мм	0	10	30	2	10	0	52
17.14.	-«-	10.0x60 мм	0	20	30	2	10	0	62
17.15.	-«-	10.0x80мм	0	20	30	2	15	0	67
17.16.	Стенты периферические нитиноловые саморасширяющиеся, полезная длина shaft от 120 см	6.0x40мм	0	5	30	3	5	2	45
17.17.	-«-	6.0x80мм	0	5	30	3	10	2	50
17.18.	-«-	6.0x120-150мм	0	40	100	3	10	2	155
17.19.	-«-	7.0x40мм	0	5	30	3	5	2	45
17.20.	-«-	7.0x80мм	0	5	30	3	10	2	50

17.21.	-«-	7.0x120-150мм	0	40	100	3	10	2	155
17.22.	-«-	8.0x40мм	0	5	10	3	5	2	25
17.23.	-«-	8.0x80 мм	0	10	20	3	10	2	45
17.24.	-«-	8.0x120-150мм	0	10	50	3	10	2	75
17.25.	-«-	9.0x40 мм	0	5	30	3	5	2	45
17.26.	-«-	9.0x60 мм	0	5	30	3	5	2	45
17.27.	-«-	9.0x80мм	0	10	80	3	10	2	105
17.28.	-«-	10.0x40мм	0	10	30	2	10	2	54
17.29.	-«-	10.0x60 мм	0	20	30	2	10	2	64
17.30.	-«-	10.0x80мм	0	20	80	2	15	2	119
			0	445	1270	84	260	30	2089

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.035".
2. Технология изготовления нитинолового стента – нарезка лазером, отсутствие укорочения стента при раскрытии (не более 5%)
3. Система раскрытия стента с механизмом точного позиционирования.
4. По длине стента допускается отклонение ± 10 мм.

Лот № 18 Стенты периферические саморасширяющиеся с возможностью применения при органных стентированиях.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
18.1.	Стенты нитиноловые саморасширяющиеся, полезная длина shaft 75-80 см	6.0x40мм	0	5	10	3	5	0	23
18.2.	-«-	6.0x60мм	0	5	10	3	10	0	28
18.3.	-«-	6.0x80мм	0	5	50	3	10	0	68

18.4.	-«-	7.0x40мм	0	15	10	3	5	0	33
18.5.	-«-	7.0x60мм	0	30	10	3	5	0	48
18.6.	-«-	7.0x80мм	0	5	50	3	10	0	68
18.7.	-«-	8.0x40мм	0	30	10	3	5	0	48
18.8.	-«-	8.0x60мм	0	5	10	3	5	0	23
18.9.	-«-	8.0x80 мм	0	10	50	3	10	0	73
18.10.	-«-	10.0x40 мм	0	10	10	2	10	0	32
18.11.	-«-	10.0x60 мм	0	25	10	2	15	0	52
18.12.	-«-	10.0x90мм	0	25	10	2	15	0	52
18.13.	Стенты нитиноловые саморасширяющи- еся, полезная длина shaft 120-140 см	6.0x40мм	0	5	10	3	5	0	23
18.14.	-«-	6.0x60мм	0	5	10	3	5	0	23
18.15.	-«-	6.0x80мм	0	5	50	3	10	0	68
18.16.	-«-	7.0x40мм	0	5	10	3	5	0	23
18.17.	-«-	7.0x60мм	0	5	10	3	5	0	23
18.18.	-«-	7.0x80мм	0	5	50	3	10	0	68
18.19.	-«-	8.0x40мм	0	5	10	3	5	0	23
18.20.	-«-	8.0x60мм	0	5	10	3	5	0	23

18.21.	-«-	8.0x80 мм	0	5	50	3	10	0	68
18.22.	-«-	10.0x40мм	0	5	10	2	10	0	27
18.23.	-«-	10.0x60 мм	0	10	10	2	15	0	37
18.24.	-«-	10.0x90мм	0	10	20	2	15	0	47
			0	240	490	66	205	0	1001

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.035"

2. Установка в качестве TPS или при органном стентировании должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению.

3. По длине стента допускается отклонение ± 10 мм

Лот № 19 Стенты саморасширяющиеся с повышенной радиальной устойчивостью с баллонными катетерами для предилатации									
	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
19.1.	Стенты саморасширяющиеся с повышенной радиальной устойчивостью	4.5 x 30 мм	0	0	5	2	0	0	7
19.2.	-«-	4.5 x 40 мм	0	5	5	2	0	0	12
19.3.	-«-	4.5 x 60 мм	0	5	0	2	2	0	9
19.4.	-«-	4.5 x 80 мм	0	5	0	2	2	0	9
19.5.	-«-	4.5 x 100 мм	0	0	0	2	2	0	4
19.6.	-«-	5.0 x 40 мм	0	0	5	2	0	0	7
19.7.	-«-	5.0 x 60 мм	0	5	5	2	2	0	14
19.8.	-«-	5.0 x 80 мм	0	5	5	2	2	0	14

19.9.	-«-	5.0 x 100 мм	0	2	10	2	2	0	16
19.10.	-«-	5.0 x 120 мм	0	2	10	2	0	0	14
19.11.	-«-	5.5 x 40 мм	0	5	5	2	0	0	12
19.12.	-«-	5.5 x 60 мм	0	5	5	2	2	2	16
19.13.	-«-	5.5 x 80 мм	0	5	5	2	2	2	16
19.14.	-«-	5.5 x 100 мм	0	5	10	2	2	2	21
19.15.	-«-	5.5 x 120 мм	0	5	10	2	0	2	19
19.16.	-«-	6.0 x 40 мм	0	5	5	2	0	0	12
19.17.	-«-	6.0 x 60 мм	0	10	10	2	2	0	24
19.18.	-«-	6.0 x 80 мм	0	10	20	2	2	0	34
19.19.	-«-	6.0 x 100 мм	0	10	50	2	2	0	64
19.20.	-«-	6.0 x 120 мм	0	5	50	2	0	0	57
19.21.	-«-	6.5 x 40 мм	0	5	5	2	0	2	14
19.22.	-«-	6.5 x 60 мм	0	15	5	2	2	2	26
19.23.	-«-	6.5 x 80 мм	0	15	50	2	2	2	71
19.24.	-«-	6.5 x 100 мм	0	15	50	2	2	2	71
19.25.	-«-	6.5 x 120 мм	0	5	50	2	0	2	59
19.26.	-«-	7.0 x 40 мм	0	5	5	2	0	0	12

19.27	-«-	7.0 x 60 мм	0	20	5	2	2	0	29
19.28	««	7.0 x 80 мм	0	20	20	2	2	0	44
19.29	-«-	7.0 x 100 мм	0	10	50	2	2	0	64
19.30	««	7.5 x 40 мм	0	5	5	2	0	2	14
19.31	««	7.5 x 60 мм	0	15	5	2	2	2	26
19.32	««	7.5 x 80 мм	0	15	10	2	2	2	31
19.33	««	7.5 x 100 мм	0	5	20	2	2	2	31
			0	244	495	66	42	26	873

Технические требования:

1. Плетеная конструкция стента.
2. Совместимость с проводником 0.018"
3. Сила сопротивления к компрессии – не менее 8кг для лечения сильно кальцинированных и тяжелых поражений.
4. Наличие результатов многоцентровых исследований, включающих сложных пациентов с кальцинированными и длинными поражениями, подтверждающих клиническую эффективность предлагаемого стента.
5. В комплекте со стентом должен поставляться совместимый проводник диаметром 0,018" – 300 см с рентгенконтрастным маркером на кончике, гидрофильным покрытием и гибким нитиноловым кончиком

19.34	Баллонный катетер для периферических сосудов, OTW. Длина шфта не менее 150 см	4.0 x 20 мм	0	0	0	2	0	0	2
19.35	-«-	4.0 x 40 мм	0	5	30	2	0	0	37
19.36	««	4.0 x 60 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.37	««	4.0 x 80 мм	0	0	5	2	4	0	11
19.38	««	4.0 x 100 мм	0	0	20	2	4	0	26

19.39	-«-	5.0 x 40 мм	0	5	10	2	0	0	17
19.40	-«-	5.0 x 60 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.41	-«-	5.0 x 80 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.42	-«-	5.0 x 100 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.43	-«-	5.5 x 40 мм	0	5	5	2	0	0	12
19.44	-«-	5.5 x 60 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.45	-«-	5.5 x 80 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.46	-«-	5.5 x 100 мм	0	5	5	2	4	0	16
19.47	-«-	6.0 x 60 мм	0	15	20	2	4	0	41
19.48	-«-	6.0 x 80 мм	0	15	20	2	4	0	41
19.49	-«-	6.0 x 100 мм	0	10	20	2	4	0	36
			0	90	165	32	48	0	335

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0.018"
2. Номинальное давление не менее 8атм., давление разрыва (RBP) - не менее 14атм.

Лот № 20 Стент периферический саморасширяющийся с антипролиферативным покрытием									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНГЦ	БСМП	ИТОГО
20.1.	Стент саморасширяющийся с антипролиферативным покрытием, длина shaft не менее 120 см	6,0x60мм	0	5	10	10	0	0	25
20.2.	-«-	6,0x80мм	0	5	20	10	4	0	39

20.3.	-«-	6,0x100мм	0	5	60	10	0	0	75
20.4.	-«-	6,0x120 мм	0	5	60	10	4	0	79
20.5.	-«-	7,0x60 мм	0	5	60	10	0	0	75
20.6.	-«-	7,0x80 мм	0	5	60	10	4	0	79
20.7.	-«-	7,0x100 мм	0	5	60	10	0	0	75
20.8.	-«-	7,0x120 мм	0	5	60	10	4	0	79
			0	40	390	80	16	0	526

Технические требования:

1. Материал стента – нитинол.
2. Наличие лекарственного антипролиферативного покрытия (Паклитаксел).
3. Совместимость с проводником 0,035" дюйма.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам