

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Тест-системы для иммунохроматографического анализатора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование (состав)	Единицы измерения	Количество
1.1	Тропонин	Тест	2 900
1.2	Тропонин, миоглобин, креатинкиназа-МВ (кардиотриада)	Тест	26 050
1.3	Д-димеры	Тест	26 900
1.4	Прокальцитонин	Тест	38 050
1.5	В-натрийуретический пептид (BNP)	Тест	1 890
1.6	СРБ	Тест	13 450
1.7	Тропонин и миоглобин	Тест	870

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Предлагаемые тест-системы должны быть предназначены для применения на иммунохроматографическом анализаторе «Nano-Checker-710, NDT-C, США», либо могут быть предложены аналогичные тест-системы с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды).

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды):

2.2.1	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь
2.2.2*	Принцип измерения: высокоспецифическая иммунохроматографическая реакция
2.2.3	Возможность получения результата исследования в количественном выражении
2.2.4	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе
2.2.5	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему
2.2.6	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.2.7	Порт для подключения внешних устройств
2.2.8	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.2.9	Руководство пользователя на русском языке
2.2.10	Интерфейс на русском языке
2.2.11	Источник бесперебойного питания в комплекте
2.2.12	Возможность выполнения тестов «кардиотриады» (п. 1.2), тропонина и миоглобина (п. 1.7) из одного картриджа тест-системы
2.2.13	Производительность не менее 4-х тестов в час

* - является обязательным требованием. Невыполнение требования, отмеченного *, ведет к отклонению предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.