

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения HBsAg методом ИФА	исследование	15600
1.2	Тест-система для определения HBsAg методом ИФА (конфирматорный тест)	исследование	192

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения антител суммарных к ВГС методом ИФА	исследование	16320

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

2.3. Возможность выдачи как положительных, так и отрицательных результатов исследования в соответствии с инструкцией к тест-системе

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения антител Hbcore IgM методом ИФА	исследование	480
1.2	Тест-система для определения антител Hbcore суммарные методом ИФА	исследование	1440

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1	Тест-система для определения HBeAg методом ИФА	исследование	672
2	Тест-система для определения антител IgG к HBeAg методом ИФА	исследование	672

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности):**

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для количественного определения антител к HBsAg методом ИФА	исследование	192

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к ВГД методом ИФА	исследование	192
1.2	Тест-система для определения суммарных антител к ВГД методом ИФА	исследование	576

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры вирусных гепатитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к ВГЕ методом ИФА	исследование	960
1.2	Тест-система для определения IgG к ВГЕ методом ИФА	исследование	960

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Реагенты для проведения исследований на маркеры TORCH-инфекций

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к токсоплазмозу методом ИФА	исследование	960
1.2	Тест-система для определения IgG (количественно) к токсоплазмозу методом ИФА	исследование	1440
1.3	Тест-система для определения IgM к ВПГ 1,2 типа методом ИФА	исследование	960
1.4	Тест-система для определения IgM к ЦМВ методом ИФА	исследование	1 920
1.5	Тест-система для определения IgG к ЦМВ методом ИФА	исследование	1 920
1.6	Тест-система для определения IgM к VCA антигену ВЭБ методом ИФА	исследование	480
1.7	Тест-система для определения IgM к ВЗВ методом ИФА	исследование	960
1.8	Тест-система для количественного определения IgG к ВЗВ методом ИФА	исследование	960
1.9	Тест-система для определения IgM к возбудителю краснухи методом ИФА	исследование	96
1.10	Тест-система для определения IgG к возбудителю краснухи методом ИФА	исследование	96
1.11	Тест-система для определения IgM к вирусу кори методом ИФА	исследование	96
1.12	Тест-система для определения IgG (количественно) к вирусу кори методом ИФА	исследование	192

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.
 2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

**Реагенты для проведения исследований на маркеры клещевых
инфекций**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к КБ методом ИФА	исследование	1 440
1.2	Тест-система для определения IgG к КБ методом ИФА	исследование	1 440
1.3	Тест-система для определения IgM к ВКЭ методом ИФА	исследование	1440
1.4	Тест-система для определения IgG к ВКЭ методом ИФА	исследование	1440

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

**Реагенты для проведения исследований на маркеры хламидий и
микоплазм**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к хламидиям пневмонии методом ИФА	исследование	480
1.2	Тест-система для определения IgG к хламидиям пневмонии методом ИФА	исследование	480
1.3	Тест-система для определения IgM к микоплазмам пневмонии методом ИФА	исследование	480
1.4	Тест-система для определения IgG к микоплазмам пневмонии методом ИФА	исследование	480

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Реагенты для проведения исследований на маркеры иерсиний

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к иерсиниям методом ИФА	исследование	480
1.2	Тест-система для определения IgG к иерсиниям методом ИФА	исследование	480

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Реагенты для проведения исследований на маркеры гельминтозов**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgG к аскаридам методом ИФА	исследование	96
1.2	Тест-система для определения IgG к цистицеркам методом ИФА	исследование	96
1.3	Тест-система для определения IgG к эхинококку методом ИФА	исследование	192
1.4	Тест-система для определения IgG к описторху методом ИФА	исследование	192
1.5	Тест-система для определения IgG к токсокарам методом ИФА	исследование	192
1.6	Тест-система для определения IgG к трихинеллам методом ИФА	исследование	192

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Реагенты (тест-системы) иммуноферментные ИФА) для определения
суммарных антител классов А, М, G к возбудителю сифилиса
Treponema pallidum (для скрининга)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1	Тест-система иммуноферментная (ИФА) для определения суммарных антител классов А, М, G к возбудителю сифилиса Treponema pallidum (для скрининга)	колич. исслед.	10560 исследований, учитывая контроли

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тест-система должна содержать разборные /стриппированные/ планшеты.

2.2. Изменение цвета реагентов при внесении испытуемой сыворотки, вне зависимости от наличия или отсутствия антител к Treponema pallidum.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

**Реагенты (тест-системы) иммуноферментные ИФА) для определения
суммарных антител классов А, М, G к возбудителю сифилиса Трепонема
pallidum (для повторного тестирования первично положительных проб)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1	Тест-система иммуноферментная (ИФА) для определения суммарных антител классов А, М, G к возбудителю сифилиса Трепонема pallidum (для повторного тестирования первично положительных проб).	колич. исслед.	1 920 исследований, учитывая контроли

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Тест-система должна содержать разборные /сгруппированные/ планшеты.

2.2. Возможность исследования спинномозговой жидкости.

2.3. Изменение цвета реагентов при внесении испытуемой сыворотки, вне зависимости от наличия или отсутствия антител к Трепонема pallidum.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Реагенты для проведения исследований на маркеры
вирусного гепатита А**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Ед. изм	Количество
1.1	Тест-система для определения IgM к вирусу гепатита А методом ИФА	исследование	192

2. Показатели (характеристики):

2.1. Наличие полного комплекта реагентов в наборе, включая контроли.

2.2 Планшет 96-луночный, разборный, для возможности дробных постановок

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Наборы реагентов иммуноферментные по определению суммарных антител класса IgA, IgM и IgG к *Treponema pallidum* для скрининговых исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количе ство
1	2	3	4
1.	Наборы реагентов иммуноферментные по определению суммарных антител класса IgA, IgM и IgG к <i>Treponema pallidum</i> для скрининговых исследований	исследование	368 160

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республика Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Материал для исследования: сыворотка (плазма) крови, ликвор.

2.2. Возможность независимых постановок реакций (12 постановок): разборные планшеты-стрипы, достаточное (делимое) количество реагентов, включая контроли и расходных материалов, количество отмывок не более 5.

2.3. Внесение раствора конъюгата с последующим добавлением образца и изменением цвета реагентов.

2.4. Использование в постановке реакции не более 3 лунок для контролей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Наборы реагентов иммуноферментные по определению суммарных антител к
Treponema pallidum для повторных исследований положительных проб

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количе ство
1	2	3	4
1.	Наборы реагентов иммунохимические по определению суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i> для повторных исследований положительных проб	исследование	38 500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республика Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для определения антител к *Treponema pallidum* с учетом реакции методом хемилюминесценции (комплекс не должен содержать биотин) и содержать все необходимые реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы.

2.2. Чувствительность не менее 99,0% и специфичность не менее 99,5%.

2.3. Реагенты, калибровочные материалы, контроли не требующие приготовления.

2.4. Возможность проводить калибровку однократно на одну партию реагентов.

2.5.* Обязательство участника о предоставлении анализатора учреждению здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» в аренду на безвозмездной основе совместимого с предлагаемыми реагентами, контролями и калибраторами. Анализатор должен быть обеспечен всеми устройствами для полноценной работы (ИБП, компьютер, принтер), а также бесплатным техническим обслуживанием на весь период пользования. Производительность анализатора не менее 180 тестов/час. Аренду на безвозмездной основе предоставить до 31.12.2026 с возможностью продления договора до полного использования всего объема закупаемых реагентов.

«*» данные требования технического задания являются принципиальными, отсутствие подтверждения по пункту, отмеченному «*» приведет к отклонению конкурсного предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

Наборы реагентов по определению суммарных антител к *Treponema pallidum*
методом ИХЛА для арбитражных исследований

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Ед.измер.	Количе ство
1	2	3	4
1.	Наборы по определению суммарных антител к <i>Treponema pallidum</i> методом ИХЛА	исследование	15 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республика Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для качественного определения суммарных антител к *Treponema pallidum*.

2.2. * Должен содержать все необходимые реагенты, реактивы, калибраторы, контрольные и расходные материалы и соответствовать иммуноферментной/иммунохимической станции ARCHITECT i1000SR.

2.3. Чувствительность не менее 99,0% и специфичность не менее 99,8%.

2.4. Отсутствие «серой зоны» при оценке результата исследования.

2.5. Возможность проводить калибровку однократно на одну партию реагентов.

«*» данные требования технического задания являются принципиальными, отсутствие подтверждения по пункту, отмеченному «*» приведет к отклонению конкурсного предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.