



ООО «ПраймБиоТех» Юр. адрес: 220004, Республика Беларусь,
г. Минск, пр-т. Победителей, д. 27, пом. 362
УНП: 192031928
Тел/факс: +375 (17) 301-99-03, +375 (17) 301-92-87
E-mail: info@p-bt.com

АКТ

«10» марта 2026 г.

Результатов экспертизы технического состояния медицинского оборудования

Заказчик Государственное учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики
Беларусь
Адрес: 223052, Минская обл., Минский р-н,
Ждановичский с/с, 81/5,
район агрогородка Ждановичи

Исполнитель: ООО «ПраймБиоТех»
Адрес: 220004, г. Минск, пр-т. Победителей, д. 27, пом. 362

Представитель исполнителя, выполнявший техническую экспертизу:
Ведущий инженер по сервисному обслуживанию Нехай С.А.
тел. 8-017-334-95-13, 8-017-334-26-47

Анализатор иммунохимический модульный ARCHITECT I2000SR производства компании ABBOTT
Серийный номер: (s.n. iSR07791)
В ходе экспертизы технического состояния выявлено: 1) Неисправность триггерной помпы. Необходимо заменить триггерная помпа / 100uL Trigger Pump (RoHS) – 1 шт.
Представитель Исполнителя: Ведущий инженер по сервисному обслуживанию Нехай С.А. Подпись: 



Исполнитель ООО «ПраймБиоТех» Ч.В. Р