

MEDISPHERA

МЕДИСФЕРА

Иностранное торгово-сервисное
унитарное предприятие

220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40, тел. 287-83-81, факс 287-80-03

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь	Отправитель:	
	Телефоны:	+ 375 17 287 83 81
Телефон: + 375 17 Факс: + 375 17	Факс:	+ 375 17 287 80 03
	E-Mail:	
	Дата:	18.03.2026
	Наш исх. №:	
	Страница	1/1

Заключение о техническом состоянии

Представитель Иностранного унитарного предприятия «МЕДИСФЕРА» вед. инженер Милевский В.Н.
провел обследование:

Назначение аппарата	Тип		серийный номер
Рентгеновский диагностический аппарат	Multitom Rax		10137
Наименование учреждения	Отделение	Кабинет	Ответственное лицо
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь			

Обследование показало:

1. Вышел из строя жесткий диск рабочей станции врача сер.№ 100521.

Рекомендуется замена:

1. 1. Жесткий диск -1 шт.

Главный инженер

Вед инженер



Ушатик Ю.Э.

Милевский В.Н.

Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие «МЕДИСФЕРА» УНП 190564953

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40

р/с BY41BLVB30120190564953001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, код BLBBBY2X

Handwritten signature: Д.А. Руденко