

Лот №1

1. СОСТАВ (КОМПЛЕКТАЦИЯ) медицинструментия:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Щетка для чистки эндохирургического инструмента	40 шт
1.2.	Щетка для чистки эндохирургического инструмента	40 шт
1.3.	Щетка для чистки эндохирургического инструмента	50 шт
1.4.	Щетка для чистки эндохирургического инструмента	50 шт

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1.	Предназначена для очистки каналов диаметром 10 мм и длиной 400-500 мм.
2.2.	Предназначена для очистки каналов диаметром 5 мм и длиной 400-500 мм.
2.3.	Предназначена для очистки эндохирургических инструментов с диаметром канала диаметром 5 мм и длиной 240-300 мм.
2.4.	Предназначена для очистки эндохирургических инструментов с диаметром канала диаметром 10 мм и длиной 240-300 мм.

Лот №2

1. Состав медицинского инструментария:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Петли для полипэктомий с рукоятками	800 шт.

2. Технические требования инструментария:

№ п/п	Технические требования
2.1.	Диаметр раскрывающейся части петли 25-35 мм.
2.2.	Длина не менее 2300 мм
2.3.	Для рабочего канала – 2,8 мм
2.4.	Одноразовая электрическая петля (овальная)
2.5.	Одноразового использования

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

Лот № 13

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Щетка для очистки инструментального канала эндоскопа	Шт.	375

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Для инструментального канала с диаметром 2,0 мм.
2.2.	Длина 90-230 см.
2.3.	Одноразового использования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Лот № 24

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Биопсийные щипцы (без иглы)	Шт.	375

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Характеристики
2.1.	Рабочая длина 100-130 см.
2.2.	Для рабочего канала – 2,0 мм
2.3.	Форма чашек овальная
2.4.	Одноразового использования

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Лот №5

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр
Щетка (ерш) одноразовая клапанная	1.Щетка для очистки клапанов с двухсторонним ворсом
	2.Длина рабочей части щетки с одного конца 20+-3мм, с другого конца щетки 30+-3мм

2.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- согласно аукционным документам организатора.

Приложение 1 Лот № 16

№п/п	Наименование, характеристика	количество
1	Игла инъекционная эндоскопическая (инъектор эндоскопический) длина иглы не менее 2 мм под канал 2,8, длина не менее 2100 мм, одноразовый	100 шт. 200 шт

Приложение 1 Лот № 2

№п/п	Наименование, характеристика	количество
2	Катетер для катетеризации БДС (канюля для катетеризации БДС) под канал 2,8 длина не менее 2100 мм, одноразовый	10 шт.

Приложение 1 Лот № 8

№п/п	Наименование, характеристика	количество
3	Корзина Дормиа. Корзина для литоэкстракции при оперативных вмешательствах на БДС размер 20 мм (+/- 5мм.), длина не менее 2 одноразовая	10 шт.

ЛОУ №

Приложение 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Эндоскопический одноразовый гемостатический зажим под канал 2,8 длина не менее 2100мм, ширина раскрытия 17 мм одноразовый	шт	20

Технические требования:

1. Эндоскопический одноразовый гемостатический зажим под канал 2,8мм
длина не менее 2100мм, ширина раскрытия 17 мм, одноразовый

2. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 %.

3. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ на ИМН, паспорт завода
изготовителя на поставляемую партию или инструкция по применению.

Приложение 1 Лот № 1 10

№п/п	Наименование, характеристика	количество
1	Щетка для чистки канала эндоскопов диаметр 2,4 мм длина не менее 2800 мм, одноразовая	5500 шт.

Приложение 1 Лот № 2 11

№п/п	Наименование, характеристика	количество
2	Щетка для чистки канала эндоскопов диаметр 1,8мм длина не менее 1800 мм, одноразовая	3000 шт.

Приложение 1 Лот № 3 12

№п/п	Наименование, характеристика	количество
3	Щетка для чистки канала эндоскопов диаметр 1,9 мм длина не менее 2400 мм, одноразовая	200 шт.