

Приложение 1

Лот №1 **6**
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Набор для троакарной цистостомии.	шт.	3
1.1	Катетер баллонный 1 шт каждого размера		
1.2	Троакар – 1шт		
1.3	Контейнер для мочи – 1шт		
1.4	Скальпель – 1шт		
1.5	Зажим – 1шт		

2. Характеристики:

2.1	Катетер 10 Fr, 14Fr, 16Fr
2.2	Баллон 5мл, 10мл
2.3	Длина катетера 40см

Приложение 1

Лот №1 **4**
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Комбинированные спинально-эпидуральные наборы	шт.	50
1.1	Эпидуральный фильтр – 1шт		
1.2	Скарификатор – 1шт		
1.3	Спинальная игла – 1шт		
1.4	Игла Туохи – 1шт		
1.5	Игла для подкожной анестезии – 1шт		
1.6	Игла для введения лекарств – 1шт		
1.7	Шприц с низким сопротивлением – 1шт		
1.8	Шприц – 1шт		

2. Характеристики:

2.1	Эпидуральный фильтр 0.2мкм
2.2	Эпидуральный катетер 18G-20G
2.3	Спинальная игла 27G, 80-90 мм, тип «Карандаш»
2.4	Игла Туохи 16G-18G, 80-90мм
2.5	Шприц с низким с низким сопротивлением – 10мл
2.6	Шприц - 10 мл

Лот № 8
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Набор для чрескожной пункционно-дилатационной трахеостомии.	шт.	10
1.1	Скальпель – 1 шт		
1.2	Шприц – 1 шт		
1.3	Канюля 14G IV в сборе – 1 шт		
1.4	Проводниковые расширяющие щипцы – 1 шт		
1.5	Проводник и интродьюсер – 1 шт		
1.6	Расширитель – 1 шт		

1.7	Трахеостомическая трубка и obturator с просветом – 1 шт	
-----	---	--

2. Характеристики:

2.1	Шприц 10 мл
2.2	Канюля 14G IV в сборе
2.3	Не содержит натуральный каучуковый латекс
2.4	Внутренний диаметр трахеостомической трубки 8.0мм

Приложение 2

Лот № 2 9
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Набор для чрескожной пункционно-дилатационной трахеостомии.	шт.	10
1.1	Скальпель – 1 шт		
1.2	Шприц – 1 шт		
1.3	Канюля 14G IV в сборе – 1 шт		
1.4	Проводниковые расширяющие щипцы – 1 шт		
1.5	Проводник и интродьюсер – 1 шт		
1.6	Расширитель – 1 шт		
1.7	Трахеостомическая трубка и obturator с просветом – 1 шт		

2. Характеристики:

2.1	Шприц 10 мл
2.2	Канюля 14G IV в сборе
2.3	Не содержит натуральный каучуковый латекс
2.4	Внутренний диаметр трахеостомической трубки 7.0мм

Приложение 3

Лот № 3 10
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Набор для чрескожной трахеостомии с одноэтапным дилататором.	шт.	10
1.1	Скальпель – 1 шт		
1.2	Шприц – 1 шт		
1.3	Игла 14G – 1 шт		

1.4	Канюля – 1шт	
1.5	Проводник и интродьюсер– 1шт	
1.6	Короткий расширитель – 1шт	
1.7	Проводниковый катетер – 1шт	
1.8	Предварительно смазанный одноступенчатый расширитель – 1шт	
1.9	Мягкие интродьюсеры трахеостомических трубок – 1шт	

2. Характеристики:

2.1	Шприц 10 мл
2.2	Игла 14G
2.3	Мягкие интродьюсеры трахеостомических трубок (21, 24, 27FR)
2.4	Внутренний диаметр трахеостомической трубки 7.0мм

Приложение 1

Лот № 1
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Армированная эндотрахеальная трубка	шт.	50 шт каждого размера
1.1	Армированная эндотрахеальная трубка – 1 шт		

2. Характеристики:

2.1	Изготовлена из силиконизированного ПВХ медицинского назначения
2.2	Снабжена стандартным коннектором (диаметр 15 мм) из ПВХ
2.3	Снабжена вспомогательным (пилотный) баллоном для постоянного контроля давления в манжете
2.4	По форме имеет гладкий закругленный конец (атравматичная интубация) с дополнительным боковым отверстием типа Мерфи.
2.5	Размер 4,5 мм и 8.0 мм
2.6	Дополнительно оснащена рентгенконтрастной полосой по всей длине.

Лот № 2
СОСТАВ:

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Трубка трахеостомическая с регулируемой глубиной введения.	шт.	50
1.1	Трубка трахеостомическая с регулируемой глубиной введения – 1 шт		
1.2	фиксирующие ленты – 2шт		

2. Характеристики:

2.1	Подвижный щиток
2.2	Силиконизированная высокообъемная манжета низкого давления
2.3	Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки
2.4	Пилотный баллон с маркировкой размера трубки
2.5	Метка глубины ввода
2.6	Стерильная, одноразового использования
2.7	Размеры OD 8,6 ID 11,0 длина 98 мм.
2.8	Без латекса, без фталатов

Лот № ~~3~~
СОСТАВ:

13

№	Наименование	Ед. изм.	количество
1	Повязка для фиксации эндотрахеальных трубок	шт.	50 шт каждого размера
1.1	Протектор зубов и десен (загубник).		

2. Характеристики:

2.1	Шейная часть повязки - широкая, с увеличенной толщиной мягкого слоя
2.2	Загубники должны подходить к эндотрахеальным трубкам следующих размеров: 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
2.3	Фиксация повязки к трубке осуществляется с помощью эластичной вставки с силиконовым покрытием

Приложение 1 Лот № 3

14

№п/п	Наименование, характеристика	количество
3	Комплект для трансдермального дренажа – односунечный метод. 1. Катетер PIGTAIL 12F/26 +/- 1 см 2. Троакар (кожух и острый мандрен) 15G 3. Крепежный ремешок 4. Фиксирующий воротничок	50 шт.

Разработчики технических характеристик: