

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:
Лот №6 Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора электролитов «EasyLyte Na/K/Cl/Ca /Li», производства компании Medica Corporation (США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Электрод K ⁺	штук	1
2	Электрод Na ⁺	штук	1
3.	Электрод Cl ⁻	штук	2
4.	Электрод Ca ⁺⁺	штук	2
5.	Референсный электрод	штук	2
6.	Пак с растворами Na/K/Cl/Ca	мл	4800
7.	Раствор для ежедневной промывки/очистки	мл	270
8.	Контрольный материал (Трехуровневый)	мл	180
9.	Набор трубок	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны иметь официальное документальное подтверждение производителя о совместимости с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **MEDICA CORPORATION, США - EasyLyte «Na/K/Cl/Ca /Li».**

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4. В случае предложения реагентов, контрольных и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Разработчики:

Врач клинической лабораторной
диагностики
Фельдшер – лаборант
(старший)




А.С. Семуха

Н.Л. Лепешко

Согласовано:

Главный внештатный специалист
по лабораторной диагностике
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома:



А. В. Маркевич

« ____ » _____ 2026 г.