

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ГУ «РНПЦ пульмонологии
и фтизиатрии»
по лечебной работе

Бабченко А.М.

11.06.2026 г.

ЗАДАНИЕ

На закупку реагентов и расходных материалов для ПЦР диагностики

1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы для диагностики инфекционных заболеваний методом ПЦР
2. Код ОКРБ: 20.59.52.100
3. Описание предмета закупки: предназначены для ПЦР диагностики
4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

5. Состав, комплектация и применение:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количе ство
1.	Набор реагентов для молекулярно-генетической идентификации возбудителей пневмоний и генетических маркеров устойчивости обнаруженных возбудителей антимикробным препаратам к	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 30 исследований. 2. Мультиплексное определение с дифференцировкой: 2.1 Возбудители: <i>Acinetobacter baumannii-calcoaceticus</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Proteus</i> spp., <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , аденовирус, коронавирус, метапневмовирус человека, риновирус/энтеровирус человека, вирус гриппа А, вирус гриппа В, коронавирус ближневосточного респираторного	1

		синдрома, вирус парагриппа, респираторно-синтициальный вирус. 2.2 Генетические маркеры устойчивости к антимикробным препаратам: карбапенемазы, бета-лактамазы расширенного спектра, устойчивость к метициллину.	
2.	Набор реагентов для молекулярно-генетической идентификации патогенов в культурах крови и генетических маркеров устойчивости обнаруженных возбудителей к антимикробным препаратам	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 30 исследований. 2. Мультиплексное определение с дифференцировкой: 2.1 Возбудители: <i>Acinetobacter baumannii-calcoaceticus</i> , <i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus epidermidis</i> , <i>Staphylococcus lugdunensis</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> , <i>Candida glabrata</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Candida parapsilosis</i> , <i>Candida tropicalis</i> , <i>Cryptococcus</i> . 2.2 Генетические маркеры устойчивости к антимикробным препаратам: карбапенемазы, устойчивость к колистину, бета-лактамазы расширенного спектра, устойчивость к метициллину, устойчивость к ванкомицину.	1

6. Технические требования:

6.1. Предлагаемая тест-система должна быть совместима с системой FilmArray Torch производства BioFire Diagnostics Inc., США.

6.2. Комплект реагентов должен содержать все необходимые компоненты для проведения исследования.

7. Требования, предъявляемые к сроку годности, и (или) объему предоставления гарантий качества товара: срок годности не менее 80% срока годности, установленного производителем, с приложением паспортов качества товара.

8. Наличие на товар регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, или разрешение на разовый ввоз товара (при отсутствии регистрационного удостоверения) «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

9. Требования к документальному подтверждению качества товара сформированы с учетом гарантии качества и правильности получаемых результатов при обследовании пациентов.

10. Поставка товара: 60 дней с момента подписания договора.

11. Предельная стоимость: 96 020,1 бел руб.

Разработано:

Врач – лаборант
(и.о. заведующий) РРЛ

Старший фельдшер-лаборант

Согласовано:
Заместитель директора
по лечебной работе

О.М.Залуцкая

Л.Е.Таргонская

А.М.Бабченко