

Приложение №1
к заявке на закупку
Расходный материал для эндоскопии на 2026 год

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ лота	Наименование лота	Количество
1	Щипцы биопсийные	10 штук
2	Щетки одноразовые короткие для очистки портов эндоскопов	6000 штук
3	Петля для полипэктомии одноразовая	600 штук
4	Петля для полипэктомии монофиламентная	10 штук
5	Щетки одноразовые	6000 штук
6	Щипцы биопсийные	20 штук
7	Лигатор эндоскопический	10 штук
8	Спрей-катетер	200 штук
9	Клип-аппликатор	100 штук
10	Иглоинъектор одноразовый	250 штук
11	Загубники одноразовые	4000 штук
12	Корзина Дормиа для удаления инородных тел	2 штуки
13	Нож для диссекции	10 штук

2. Технические требования:

Лот №1:

- 1) автоклавируемые;
- 2) многоразовые;
- 3) длина не менее 2300 мм;
- 4) для канала диаметром равным 2,8 мм.

Лот №2

- 1) короткие щетки для очистки портов;
- 2) одноразовые.

~~**Лот №3**~~

- 1) одноразовые;
- 2) стерильные;
- 3) размер петли – не менее 10 мм;
- 4) тип – овальная;
- 5) длина не менее 2300 мм.

Лот №4

- 1) многоразовые;

- 2) автоклавируемые;
- 3) длина не менее 2300 мм;
- 4) диаметр – не менее 10 мм;
- 5) тип – овальная

~~Лот №5-~~

- 1) одноразовые;
- 2) длина не менее 1800 мм.

Лот №6

- 1) многоразовые;
- 2) автоклавируемые;
- 3) длина не более 1600 мм;
- 4) для канала диаметром равным 2,8 мм.

Лот №7

- 1) одноразовый;
- 2) лигатор семизарядный;
- 3) наружный диаметр дистальной части от 8,5 до 11,5мм;
- 4) катетер для проведения нити;
- 5) коннектор для ирригации;

Лот №8

- 1) Диаметр 1,8 мм.;
- 2) Длина 1000 мм.;
- 3) для инструментального канала 2,0 мм.;
- 4) одноразовые.

Лот №9

- 1) одноразовый;
- 2) длина не менее 2300 мм.;
- 3) ширина раскрытия клипсы 11 мм.

~~Лот №10-~~

- 1) одноразовые;
- 2) стерильные;
- 3) длина не менее 2300 мм;
- 4) для канала диаметром равным 2,8 мм.

Лот №11

- 1) одноразовые.

Лот №12

- 1) многоразовая;
- 2) автоклавируемая;
- 3) длина не менее 2300 мм;
- 4) для канала диаметром равным 2,8 мм.

Лот №13

- 1) одноразовый;
- 2) длина не менее 2300 мм.;
- 3) квадратный;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.