

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Аппарат нормобарической гипокситерапии	1
1.2.	Дыхательная трубка длиной от 2,5 метра	1
1.3.	Три взрослые маски размера №5	1
1.4.	Пульсоксиметр	1

2. Технические требования

2.1. Метод терапии нормобарическая интервальная гипо-гипероксическая тренировка.

2.2. Производительность не менее 28-40 л/мин;

2.3. Содержание O₂ в фазу гипоксии 9-16%;

2.4. Содержание O₂ в фазу гипероксии 30-33%;

2.5. Наличие увлажнителя воздуха;

2.6. Звуковое оповещение и автоотключение при падении SpO₂;

2.7. Наличие внутреннего бактериального фильтра

2.8. Контролируемые параметры терапии: пульс, SpO₂, O₂, время терапии

2.9. Мембранный принцип разделения газов

2.10. Уровень шума 52-54 дБ максимально

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документом организатора.